



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO**

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060

Telefone: - www.ac.gov.br

**1ª NOTIFICAÇÃO E 1ª RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 616/2025 - COMPRASGOV N.º 90616/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para a aquisição de material médico hospitalar, Sondas Uretrais Hidrofílicas para cadeirantes, para atender as demandas das unidades do âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

A **Divisão de Pregão – DIPREG** comunica aos interessados que o processo licitatório acima mencionado, com o Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do Estado, nº 14165, de 10/12/2025, Diário Oficial da União, Seção 3, nº. 236, de 11/12/2026 e Jornal OPINIÃO, do dia 10/12/2025, e ainda nos sítios: <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, <http://www.licitacao.ac.gov.br>, <https://www.gov.br/pncp/pt-br> e <https://licitacoes.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes>, com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, **NOTIFICA** e **RETIFICA**, conforme abaixo:

0.1. **NOTIFICAÇÃO:**

0.1.1. **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO:**

Com vistas a eliminar interpretações divergentes e assegurar a correta compreensão das exigências técnicas, solicita-se manifestação formal da Administração quanto aos seguintes pontos:

Itens 1, 2, 3, 5 e 6 Poderia esse Órgão esclarecer se os cateteres descritos nesses itens devem obrigatoriamente ser fornecidos na condição “pronto para uso”, entendida como já hidratados/lubrificados de fábrica, ou se serão aceitos cateteres que demandem preparação prévia pelo usuário ou profissional de saúde?

Itens 8, 9, 10 e 11 Poderia a Administração esclarecer se há necessidade técnica de que os cateteres possuam orifícios polidos, com a finalidade de minimizar o risco de microlesões durante o procedimento de cateterismo, ou se tal característica será considerada apenas como diferencial técnico?

Itens 12, 13 e 14 Considerando o público-alvo (cadeirantes), solicita-se esclarecer se o edital exige: • Ponta flexível, com a finalidade de reduzir o risco de falso trajeto uretral; e • Guia de inserção, especialmente para pacientes com maior comprometimento funcional, ou se tais características são opcionais, não configurando requisito obrigatório de atendimento ao edital.

0.1.1.1. **RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SESACRE):**

Para maior clareza solicitamos que para os Itens 1, 2, 3, 5 e 6 devem obrigatoriamente ser fornecidos na condição “pronto para uso”, entendida como já hidratados/lubrificados de fábrica,

Para Itens 8, 9, 10 e 11 os cateteres devem possuir orifícios polidos, com a finalidade de minimizar o risco de microlesões durante o procedimento de cateterismo.

Para Itens 12, 13 e 14 os cateteres devem possuir Ponta flexível e Guia de inserção, com a finalidade de reduzir o risco de falso trajeto uretral.

Respondido por:

**Marcos Alan Ximenes Lima**

**Enfermeiro**

**Divisão de Material Médico Hospitalar**

0.2. **RETIFICAÇÃO:**

0.2.1. **No preâmbulo do edital, a data e hora da abertura da licitação, passará a conter a seguinte redação:**

Data e hora da abertura da licitação: **09/03/2026 às 9h15min (Horário de Brasília).**

**Disponibilidade: 20/02/2026**

0.2.2. **As demais informações constantes do Edital e seus Anexos continuam inalteradas.**

Rio Branco - AC, 13 de fevereiro de 2026

**Renato da Rocha Silva**

Divisão de Conformidade e Elaboração de Editais - DIVCON  
Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos - SELIC



Documento assinado eletronicamente por **RENATO DA ROCHA SILVA, Cargo Comissionado**, em 13/02/2026, às 11:56, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019420921** e o código CRC **A2FC8DC3**.

**Referência:** Processo nº 0019.015359.00213/2025-71

SEI nº 0019420921