

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE RETIFICAÇÃO

1ª RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 624/2025 - COMPRASGOV Nº 90624/2025 - SESACRE

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as Regionais de Saúde (Baixo Acre/Purus, Alto Acre e Juruá/Tarauacá - Envira), no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.

A SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES – SELIC, COMUNICA, aos interessados que o pregão acima mencionado, com 1) **Aviso de Licitação**, publicado no Diário Oficial da União Nº 238, Seção 3, Pág. 262, do dia 15/12/2025, Diário Oficial da Estado, Nº 14.167, Pág. 23, do dia 12/12/2025 e no Jornal de Grande Circulação (Opinião), Pág. 11, do dia 12/12/2025 e no sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br, com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, notifica que houveram questionamentos e respostas e foi **RETIFICADO** conforme abaixo:

1. DOS QUESTIONAMENTO E DAS RESPOSTAS:

EMPRESA (A):

QUESTIONAMENTO 01:

O edital estabelece as seguintes dimensões:

“DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 200 CM (±2 CM) X LARGURA 60 CM (±2 CM) X ALTURA 80 CM (±2 CM)”.

Diante da ausência de indicação expressa quanto à natureza dessas dimensões (internas ou externas), questiona-se se serão aceitas macas com as seguintes características:

- Dimensões externas: 1,91 m (C) x 0,63 m (L);
- Dimensões internas do leito: 181m (C) x 0,53 m (L);
- Altura: 0,80 m.

RESPOSTA:

Análise Técnica

Após verificação do item 8 do texto editalício e considerando as práticas de usuais de especificações de macas de transporte intra-hospitalar, conclui-se que:

As dimensões indicadas no edital referem-se, prioritariamente, às dimensões externas aproximadas e/ou mínimas do equipamento, utilizadas como parâmetros para compatibilidade com os ambientes hospitalares, circulação em corredores, portas e áreas assistências, são fundamentadas de acordo com a compatibilidade disponível para a circulação no ambiente hospitalar.

Diante do exposto, opina-se pelo deferimento do pedido de esclarecimento, informando que:

Serão aceitas macas de transporte intra-hospitalar cujas “Dimensões Externa: 1,91 x 0,63m (C x L) Altura: 0,80m” e “Dimensões Interna: 1,81 x 0,53m (C x L)”.

2. Fica retificado o Termo de Referência:

Item 8 – CARRO MACA DE TRANSPORTE

Onde se lê no edital:

“DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 200 CM (±2 CM) X LARGURA 60 CM (±2 CM) X ALTURA 80 CM (±2 CM)”.

Leia-se:

DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,90 M E LARGURA MÍNIMO DE 0,60 M;

DIMENSÕES INTERNAS DO LEITO (ÁREA ÚTIL): COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M E LARGURA MÍNIMA DE 0,53 M;

ALTURA MÍNIMA: 0,80 M;

CAPACIDADE DE USO: “IGUAL OU SUPERIOR A 150KG”.

Onde se lê no edital:

“1 (UM) COLCHONETE COM ESPESSURA DE 5 CM, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE **DENSIDADE MÍNIMA D33 OU EQUIVALENTE**, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL (COURO SINTÉTICO), ATÓXICO, SEM COSTURAS OU ZÍPER EXPOSTOS, RESISTENTE À LIMPEZA HOSPITALAR RESISTENTE E IMPERMEÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O TAMANHO DA MACA, NA COR AZUL.

Leia-se:

“1 (UM) COLCHONETE COM ESPESSURA DE 5 CM, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE **DENSIDADE MÍNIMA D28**, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL (COURO SINTÉTICO), ATÓXICO, SEM COSTURAS OU ZÍPER EXPOSTOS, RESISTENTE À LIMPEZA HOSPITALAR RESISTENTE E IMPERMEÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O TAMANHO DA MACA, NA COR AZUL.

Item 9 – MACA FIXA

Onde se lê no edital:

“DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 1,96 M, LARGURA DE 0,6M E ALTURA DE 80 CM.”

Leia-se:

“DIMENSÕES: Comprimento mínimo: 1,80 M, Largura de 0,60 M e Altura de 0,80 M “

Onde se lê no edital:

“CAPACIDADE MÍNIMA: 160 KG;

Leia-se:

“CAPACIDADE: IGUAL OU SUPERIOR 150 kg”

Onde se lê no edital:

ACOMPANHA: 1 (UM) COLCHONETE COM ESPESSURA DE 5 CM, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE **DENSIDADE MÍNIMA D33 OU EQUIVALENTE**, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL (COURO SINTÉTICO), ATÓXICO, SEM COSTURAS OU ZÍPER EXPOSTOS, RESISTENTE À LIMPEZA HOSPITALAR RESISTENTE E IMPERMEÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O TAMANHO DA MACA, NA COR AZUL.

Leia-se:

ACOMPANHA: 1 (UM) COLCHONETE COM ESPESSURA DE 5 CM, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE **DENSIDADE MÍNIMA D28**, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL (COURO SINTÉTICO), ATÓXICO, SEM COSTURAS OU ZÍPER EXPOSTOS, RESISTENTE À LIMPEZA HOSPITALAR RESISTENTE E IMPERMEÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O TAMANHO DA MACA, NA COR AZUL.

Respondido por:

GREICYWANNY LOURENÇO MAIA

Enfermeia Parecista

3. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

ABERTURA: 23/02/2026 às 9h15min (Horário de Brasília).

RETIRADA DO EDITAL: a partir de 05/02/2026 até a data de Abertura.

4. As demais informações constantes do Edital e seus Anexos continuam inalteradas.

Bruna S. de A. Gotelip
Pregoeira - DIPREG



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA SOUZA DE ALMEIDA MONNERAT, Pregoeira**, em 03/02/2026, às 11:58, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019271502** e o código CRC **29E825FF**.