



## ESTADO DO ACRE

### SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060

Telefone: - [www.ac.gov.br](http://www.ac.gov.br)

NOTIFICAÇÃO Nº 99/2024/SEAD - SELIC- DIPREG/SEAD - SELIC- DEPRE/SEAD - SELIC- DIRLIC/SEAD - SELIC  
PROCESSO Nº 0019.015125.00180/2023-69  
INTERESSADO: NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPAMENTOS, DEPARTAMENTO DE COMPRAS

### 3ª RETIFICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 461/2023 – SESACRE

**OBJETO:** Constitui objeto deste termo o registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes (Radio Imagem/Diagnóstico), para reestruturar as Unidades de Saúde, contemplados com Portarias, Emendas Parlamentares e ou recursos próprios, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.

Comunicamos aos interessados que o processo licitatório acima mencionado, com publicação: **1) Aviso de Licitação**, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.657, pág. 7; Diário Oficial da União, nº 221, Seção 3, pág. 233; todos do dia 22/11/2023; **2) Aviso de Suspensão**, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.665, pág. 8; Diário Oficial da União, nº 229, Seção 3, pág. 237; todos do dia 04/12/2023; **3) Aviso de Reabertura**, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.705, pág. 10; Diário Oficial da União, nº 24, Seção 3, pág. 191; todos do dia 02/02/2024; **4) Aviso de Suspensão**, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.713, pág. 12; Diário Oficial da União, nº 33, Seção 3, pág. 188; todos do dia 19/02/2024; **5) Aviso de Reabertura**, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.738, pág. 13; Diário Oficial da União, nº 58, Seção 3, pág. 203; todos do dia 25/03/2024; **6) Aviso de Suspensão**, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.XXX, pág. XX; Diário Oficial da União, nº XX, Seção 3, pág. XXX; todos do dia XX/XX/2024; e ainda nos sítios: [www.ac.gov.br](http://www.ac.gov.br), [www.licitacao.ac.gov.br](http://www.licitacao.ac.gov.br); com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, **RETIFICA E NOTIFICA** conforme abaixo:

#### 1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES:

#### QUESTIONAMENTO EMPRESA "A"

**Questionamento 01:** Requer alteração referente ao **item 1 - APARELHO DE ULTRASSOM**, para que possamos participara do certame, ofertando seus produtos sob condições justas e no intuito de prover equipamentos de alta tecnologia, confiabilidade e durabilidade.

**Resposta da SESACRE:** Esclarecemos que com base nas informações expedida e assinado pela Chefe do Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos (0010477614), acatamos parcialmente tais apontamentos, conforme alterações feitas no final deste documento.

**Questionamento 02:** Requer informações referentes ao **item 4 - APARELHO DE RAIOS-X PORTÁTIL DIGITAL**, para que possamos participara do certame, ofertando seus produtos sob condições justas e no intuito de prover equipamentos de alta tecnologia, confiabilidade e durabilidade.

**Resposta da SESACRE:** Esclarecemos que com base nas informações expedida e assinado pela Chefe do Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos (0010512046), informamos que NÃO acatamos tais apontamentos, desta forma, informamos que as condições constantes no termo de referência permanece inalteradas.

**Questionamento 03:** Requer informações referentes ao **item 3 - APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL**, se serão aceitos equipamentos que possuem tamanho da mesa de 80 cm x 200 cm?. Equipamentos que possuem tecnologia de detectores de "matriz ativa de no mínimo 2836 x 2836 pixels e 8 milhões de pixels; deverá possuir profundidade de imagem pós processada de no mínimo 16 bits; distância entre pixel de 150 µM ou menor de IPX6 mínimo"?

**Resposta da SESACRE 01:** Quanto ao entendimento da empresa pergunta se *serão aceitos equipamentos que possuem tamanho da mesa de 80 cm x 200 cm?* Informamos que com base nas informações expedida e assinado pela Chefe do Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos (0010519980)

**Resposta da SESACRE02:** Esclarecemos que com base nas informações expedida e assinado pela Chefe do Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos (0010519980), informamos que acatamos tais apontamentos, conforme alterações feitas no final deste documento.

## **QUESTIONAMENTO EMPRESA "B"**

**Questionamento 01:** Requer alteração referente ao **item 1 - APARELHO DE ULTRASSOM**, para possibilitar a ampliação do número de licitantes e consequentemente o alcance da melhor propostas ao Poder Público.

**Resposta da SESACRE01:** Quanto ao entendimento da empresa que a solicitação e para gravar exames em tempo real, onde aparece os comentários escritos (anotações nas gravações) na gravação, correto? Informamos que o **entendimento correto**.

**Resposta da SESACRE02:** Esclarecemos que com base nas informações expedida e assinado pela Chefe do Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos (0010485735), informamos que acatamos tais apontamentos, conforme alterações feitas no final deste documento.

**Questionamento 02:** Requer alteração referente ao **item 2 - APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL**, para possibilitar a ampliação do número de licitantes e consequentemente o alcance da melhor propostas ao Poder Público.

**Resposta da SESACRE:** Esclarecemos que com base nas informações expedida e assinado pela Chefe do Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos (0010485735), informamos que acatamos tais

apontamentos, conforme alterações feitas no final deste documento.

**Questionamento 03:** Requer alteração referente ao **item 5 - ARCO CIRURGICO**, para possibilitar a ampliação do número de licitantes e conseqüentemente o alcance da melhor propostas ao Poder Público.

**Resposta:** Esclarecemos que com base nas informações expedida e assinado pela Chefe do Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos (0010485735), informamos que NÃO acatamos tais apontamentos, desta forma, informamos que as condições constantes no termo de referência permanece inalteradas.

### **QUESTIONAMENTO EMPRESA "C"**

**Questionamento:** Requer informações referentes ao **item 3 - APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL**, se será aceito além da lâmpada LED, equipamentos que possuem lâmpada halógena?

**Resposta da SESACRE:** Esclarecemos que com base nas informações expedida e assinado pela Chefe do Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos (0010527893), informamos que NÃO acatamos tais apontamentos, desta forma, informamos que as condições constantes no termo de referência permanece inalteradas.

### **RETIFICAÇÃO**

Considerando as alterações feitas nas respostas dos questionados, desta forma, solicitamos proceder com alteração no descritivo dos Itens 01, 02 e 03 do Tópico 5. (ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES) do Termo de Referência - Anexo I do Edital, conforme segue:

#### **5. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES**

<b>TEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>
1	100015934 - APARELHO DE ULTRASSOM APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO ? COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA COMPLETAMENTE DIGITAL, PARA ULTRASSONOGRÁFIA DIAGNÓSTICA EM EXAMES OBSTÉTRICOS NO ATENDIMENTO PRÉ-NATAL DE GESTANTES COM GRAVIDEZ DE ALTO RISCO; ACOMPANHANDO MONITOR, PORTAS USB, CAIXAS DE SOM, UNIDADE DE DVD, SUPORTE DE TRANSDUTOR, INTERFACE DO USUÁRIO, GUIA DO CABO DE TRANSDUTOR, PRATELEIRA PARA PERIFÉRICOS, TOMADAS DO TRANSDUTOR, APOIO PARA PÉS, RODÍZIOS FRONTAL E TRASEIROS GIRATÓRIOS QUE GIREM EM TORNO DE UM EIXO E PODEM SER TRAVADOS, SUPORTE DE TRANSDUTOR, PAINEL DE TOQUE, CONTROLES DO PAINEL DE TOQUE, BOTÕES DE MODO, TRACKBALL, ALÇA DIANTEIRA, TECLADO ALFANUMÉRICO, COM POSSIBILIDADES DE DIAGNÓSTICO EM MODO 2D, 3D/4D, MODOS DE OPERAÇÃO ADICIONAIS (REALCE DE ESTRUTURAS EM MOVIMENTO	UNID

OU SANGUE, VISTA AMPLIADA), MODO M (M+MODO DE FLUXO COLORIDO/COLOR FLOW MODE), DOPPLER ESPECTRAL (ONDA PULSADA E CONTÍNUA), DOPPLER EM CORES (IMAGIOLOGIA DE VELOCIDADE, POTÊNCIA, TECIDO E FLUXO DE ALTA DEFINIÇÃO); IMAGENS COLOR POWER ANGIO (CPA), IMAGENS DE DOPPLER TISSULAR, IMAGENS HARMÔNICAS (TECIDO E CONTRASTE); COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE TRANSDUTORES MULTIELEMENTOS (DISPOSIÇÃO LINEAR, EM CURVA, E FASE) E TRANSDUTORES DE VOLUME 4D EM TEMPO REAL; COM PAINEL DE CONTROLE QUE INCLUA BOTÕES, TECLAS, CONTROLES DESLIZANTES DE TGC E UM TRACKBALL; TELA SENSÍVEL AO TOQUE; CONTROLES DE MODO DE POTÊNCIA E DE ESPERA; 172 OU MAIS SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO POR ULTRASSOM; CONTROLES DE TECLAS E DE MODO; CONTROLE PARA ACESSO; TECLAS PROGRAMÁVEIS (TECLAS QUE PODEM SER PRESSIONADAS E GIRADAS); INDICADORES DE STATUS DA BATERIA NA TELA DO SISTEMA QUE MOSTREM O NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; A EXIBIÇÃO DE IMAGEM DEVE CONTER TRÊS REGIÕES DISTINTAS: EXIBIÇÃO DE IMAGEM BARRA DO PACIENTE, ÁREA DA IMAGEM E FERRAMENTAS, STATUS DO TRACKBALL E ÍCONE; O SISTEMA DEVE INCLUIR QUATRO RECEPTÁCULOS PARA TRANSDUTORES DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM, UM RECEPTÁCULO PARA UMA SONDA DOPPLER DE ONDA PULSADA OU CONTÍNUA E UM RECEPTÁCULO PARA FISIO (ECG); SUPORTES DO TRANSDUTOR E PRESILHA DE CABOS; BANDEJA DE CONTROLE DE CABO; COM CAPACIDADE DA MÍDIA DE CD DE 700 MB OU SUPERIOR; A CAPACIDADE DA MÍDIA DE DVD DE CAMADA ÚNICA DE 4,7 GB OU SUPERIOR; DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO USB PARA TAREFAS QUE REQUEIRAM UM CD OU DVD E DISCO RÍGIDO PARA EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO DICOM OU OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO EM FORMATO PC; MÍDIA COMPATÍVEL COM USB 2.0 OU SUPERIOR COM UMA VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE PELO MENOS 35 MB/S; COM SISTEMA DE ULTRASSOM QUE OFEREÇA UM CONJUNTO DE MODOS DE IMAGEM PARA ACOMODAR UMA VARIEDADE DE APLICAÇÕES DE IMAGEM NOS MODOS 2D, 3D/4D, MODO M (INCLUSIVE MODO M ANATÔMICO), DOPPLER DE ONDA PULSADA, DOPPLER DE ONDA CONTÍNUA, DOPPLER COLORIDO, GRAVAR IMAGENS AO VIVO EM UM GRAVADOR DE DVD LOCAL E GRAVAR COMENTÁRIOS SIMULTANEAMENTE. DEVE INCLUIR OS SEGUINTE

**TRANSUTORES: TRANSDUTOR ENDOCAVIDADE DE MATRIZ CURVA COM UM CAMPO DE 130 GRAUS OU MAIOR DE VISUALIZAÇÃO QUE SUPORTE IMAGENS 2D QUANTITATIVAS DE ALTA RESOLUÇÃO, AQUISIÇÃO DE VOLUMES 3D DE VARREDURA ÚNICA E IMAGENS EM 4D DE 22 VOLUMES/SEGUNDO OU SUPERIOR PARA APLICAÇÕES OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS ENDOVAGINAIS; FREQUÊNCIA FAIXA DE OPERAÇÃO: DE 3 A 9 MHZ OU SUPERIOR; COM COMPRIMENTO (TRANSDUTOR E CABO): DE NO MÍNIMO 2 METROS; COMPRIMENTO (CABO À PONTA) DE NO MÍNIMO: 30 CENTÍMETROS.**

TRANSDUTOR LINEAR DE BANDA LARGA, COM GERAÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA ESTUDOS GINECOLÓGICOS E OBSTÉTRICOS E PARA APLICAÇÕES SUPERFICIAIS, INCLUINDO VASCULARES, PEQUENAS PARTES E MUSCULO-ESQUELÉTICAS. FREQUÊNCIA FAIXA DE OPERAÇÃO: DE 4,0 A 12 MHZ OU SUPERIOR. ESPECIFICAÇÕES: COMPRIMENTO (TRANSDUTOR, CABO E CONECTOR) DE APROXIMADAMENTE : 2 METROS; COMPRIMENTO (CABO À PONTA): 30 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE.

TRANSDUTOR DE MATRIZ CURVA DE BANDA LARGA, COM GERAÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO GERAL: ABDOMINAL (ADULTO E PEDIÁTRICO, INCLUINDO VASCULAR), INTESTINAL, OBSTÉTRICA, GINECOLÓGICA, PROSTÁTICA E INTERVENCIONISTA. FREQUÊNCIA FAIXA DE OPERAÇÃO: DE 2,0 A 6 MHZ OU SUPERIOR. ESPECIFICAÇÕES: COMPRIMENTO (TRANSDUTOR, CABO E CONECTOR) DE APROXIMADAMENTE : 2 METROS; COMPRIMENTO (CABO À PONTA): 30 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE.

TRANSDUTOR DE MATRIZ CURVA DE BANDA LARGA, COM GERAÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA IMAGIOLOGIA ABDOMINAL PEDIÁTRICA E CEFÁLICA NEONATAL. FREQUÊNCIA FAIXA DE OPERAÇÃO: DE 5,0 A 8 MHZ OU SUPERIOR. ESPECIFICAÇÕES: COMPRIMENTO (TRANSDUTOR, CABO E

CONECTOR) DE APROXIMADAMENTE : 2 METROS; COMPRIMENTO (CABO À PONTA): 30 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE. TRANSDUTOR DE MATRIZ SETORIAL, COM GERAÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ABDOMINAL, OBSTETRÍCIA, FETAL, GINECOLÓGICA E VASCULAR. FREQUÊNCIA FAIXA DE OPERAÇÃO: DE 1 A 6 MHZ, PODENDO HAVER VARIAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1 MHZ. COM CAPACIDADE 2D MINIMA VOLUME PANORÂMICO, MMODE, DOPPLER PULSADO ORIENTÁVEL, DOPPLER COLORIDO, COLOR POWER ANGIO, ALGORITMO DE FILTRO DE PRECISÃO DE MULTIPARAMÉTRICO AVANÇADO PARA CLARA VISIBILIDADE DE CONTORNOS E TECIDOS, E REALCE POR TIPO DE DIAGNÓSTICO, COMPOSIÇÃO DE ELEVAÇÃO E IMAGEM HARMÔNICA MULTIVARIADA. ESPECIFICAÇÕES: COMPRIMENTO (TRANSDUTOR, CABO E CONECTOR) DE APROXIMADAMENTE : 2 METROS; COMPRIMENTO (CABO À PONTA): 30 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE. EXIBIÇÃO: TONS DE CINZA 256 OU SUPERIOR EM 2D, MODO M E DOPPLER LINHAS DE VARREDURA DE 1.024 LINHAS OU SUPERIOR, DEPENDENDO DO TRANSDUTOR E DO MODO; MONITOR DE 50 CENTÍMETROS OU MAIOR DE GRANDE FORMATO, ALTA DEFINIÇÃO, TELA PLANA TFT/IPS A CORES DE 24 BITS; CONEXÕES SINAIS DE ENTRADA: QUATRO RECEPTÁCULOS DO TRANSDUTOR ECO DE ALTO E BAIXO NÍVEL; RECEPTÁCULO DA SONDA DO TIPO CANETA; SAÍDA IMPRESSORA EXTERNA; DADOS SERIAIS; USB VÍDEO: S-VÍDEO E DISPLAYPORT DIGITAL; CONEXÕES DE DADOS LINK DE NAVEGAÇÃO DIGITAL (DNL) REDE ETHERNET (GIGABIT, 10BASE-T E 100BASE-T); DISPOSITIVOS USB 2.0 OU USB 3.0 A VELOCIDADES DE USB 2.0 REDE SEM FIO (IEEE 802.11 B/G/N) DAPTADORES DE REDE COM E OU SEM FIO; **CAPACIDADES DO ECG: AJUSTE DE VELOCIDADE DE VARREDURA, TEMPO DE CICLO CARDÍACO, NÚMERO DE CICLOS, TRIGGER, TEMPO DE ATRASO, POSIÇÃO/GANHO DE ECG, FREQUÊNCIA CARDÍACA AUTOMÁTICA PARA EXIBIÇÃO NO MONITOR. CABO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AVANÇADOS DE ECG, FRAÇÃO DE EJEÇÃO AUTOMÁTICA, ECO DE ESTRESSE E STRAIN; COM OU SEM VARREDOR DE CÓDIGO DE BARRAS; DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE AQUECEDOR DE GEL E DE IMPRESSORA DE IMAGEM COLORIDA; MÓDULO ECG; SONDA TRANSDUTORA DOPPLER; GRAVADOR DE DVD; MONITOR EXTERNO; PEDAIS; E IMPRESSÃO DE RELATÓRIO; ESPECIFICAÇÕES DE PARÂMETROS ELÉTRICOS: ULTRASSOM TENSÃO CA 100-240 VCA, 50/60 HZ CONSUMO DE ENERGIA: 450 VA. DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE NOBREAK SENOIDAL, ONLINE, DE DUPLA CONVERSÃO, AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 MINUTOS, FILTRO DE LINHA INTERNA E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE ENERGIA E POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAIS EM PORTUGUÊS; EQUIPAMENTOS COM RELACÃO DE VOLTAGEM BIVOLT (100V ? 240V); ATUALIZAÇÕES GRATUITAS DE SOFTWARE SEMPRE QUE DISPONIBILIZADA NOVAS VERSÕES PELA FÁBRICA; SUPORTE PARA OS TRANSDUTORES E PARA O GEL; DEMAIS PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO SOLICITADO.**

2

100015934 - APARELHO DE ULTRASSOM APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL: EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL DE ALTA RESOLUÇÃO, LEVE PARA AGILIDADE NO TRANSPORTE E USO EM PROCEDIMENTOS DE PICC, APLICAÇÕES VASCULARES EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, EM LOCAIS À BEIRA LEITO, PORTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1 HORA E MEIA; **MONITOR COM OU SEM TELA DE TOQUE COLORIDO LCD DE 12 POLEGADAS OU SUPERIOR**; MODOS DE IMAGEM B, M, DOPPLER CONTÍNUO, PULSÁTIL, COLORIDO, M-ANATÔMICO; POSSUIR HARMÔNICA TECIDUAL DE PULSO INVERTIDO; OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DE IMAGEM 2D A UM ÚNICO TOQUE; OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA IMAGEM BIDIMENSIONAL; IMAGEM TRAPEZOIDAL NOS TRANSDUTORES LINEARES; SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO DE AGULHA; READ ZOOM/"WRITE ZOOM"; CAPTAÇÃO,

UNID

	<p>TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO COMPATÍVEL COM O PROTOCOLO DICOM; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA WIRELESS E/OU REDE DE CABOS; PELO MENOS 128GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO; SOFTWARE QUE PROPORCIONE AS MEDIÇÕES AUTOMÁTICAS DA ESPESSURA DA CAMADA ÍNTIMA-MÉDIA NAS ARTÉRIAS CARÓTIDAS E EM OUTROS VASOS SUPERFICIAIS; FAIXA DINÂMICA DE 258 DB OU SUPERIOR; ACOMPANHANDO TRANSDUTORES ELETRÔNICOS MULTIFREQUENCIAIS EM TECNOLOGIA DE BANDA LARGA COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS FREQUÊNCIAS: 02 (DOIS) TRANSDUTORES LINEARES COM FREQUÊNCIA DE 4 A 12 MHZ; 01 (UM) TRANSDUTOR SETORIAL COM FREQUÊNCIA DE 2 A 4 MHZ; 01 (UM) TRANSDUTOR CONVEXO COM FREQUÊNCIA DE 2 A 6 MHZ APROXIMADAMENTE, 01 (UM) CARRINHO SUPORTE QUE SEJA TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO OFERECIDO, SEGURANÇA NO TRANSPORTE E OS AJUSTES ERGONÔMICOS NECESSÁRIOS; 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA; COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	
3	<p>100015906 - APARELHO DE RAIOS X . APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO DO APARELHO: MÍNIMO DE 630 MA PARA RADIOLOGIA GERAL; COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X; ALTA FREQUÊNCIA - MULTIPULSO; POTÊNCIA MÍNIMA: 50 KW; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; PAINEL DE MEMBRANA COM TECLAS DO TIPO SIMPLES TOQUE; FAIXA DE AJUSTE DE KV DE NO MÍNIMO DE: 40 A 150KV - COM PASSOS DE 1KV; ESCALA DE MA MÍNIMA DE 20, 50, 100, 200, 400, 500, 630 MA; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FOCOS FINO/GROSSO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO: 0,001A 5 SEGUNDOS (CONFORME RDC 611 DE 2022); FAIXA DE MAS DE NO MÍNIMO: 0,25 A 630 MAS OU MAIOR; INDICAÇÃO DE PARÂMETROS/FUNÇÕES NO DISPLAY DIGITAL DE NO MÍNIMO KV, MA E MAS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - TRIFÁSICA 220V ? 60HZ (EM CASO DE NECESSIDADE DE AUTOTRANSFORMADOR, TERÁ QUE SER FORNECIDO PELA EMPRESA SEM CUSTOS ADICIONAIS). MESA FIXA COM TAMPO FLUTUANTE; TAMPO HOMOGÊNEO RADIOTRANSARENTE COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 200 KG; TAMANHO MÍNIMO DE 90 X 216 CM OU MAIOR; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO MÍNIMO MÍNIMA DE +/- 40 CM E TRANSVERSAL: MÍNIMA DE +/- 12 CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA OS MOVIMENTOS TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; SISTEMA DE INDICAÇÃO DE CENTRALIZAÇÃO. GRADE ANTIDIFUSORA RAZÃO 103 LINHAS/POL; DISTÂNCIA FOCAL APROXIMADA DE 100 A 115 CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; BANDEJA POSSIBILITANDO A AUTOCENTRALIZAÇÃO DE CHASSIS DE 13X18 CM A 35X43 CM; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTATIVA PORTA TUBO: TIPO CHÃO/TETO OU CHÃO-CHÃO: DESLOCAMENTO HORIZONTAL (LONGITUDINAL) MÍNIMO DE 250 CM EM TRILHOS; GIRO DA COLUNA DE -180°/+180° - ACIONADO POR PEDAL; BRAÇO PORTA-TUBO: DESLOCAMENTO VERTICAL MÍNIMO DE 130 CM (ENTRE OS PONTOS FOCALIS); ROTAÇÃO DO CONJUNTO COLIMADOR DE 90° OU MAIOR; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS COM ACIONAMENTO POR BOTOEIRA NO PAINEL JUNTO AO TUBO; INDICAÇÃO DE ANGULAÇÃO DO TUBO TIPO POR GRAVIDADE DE (+180 ° A -180°); ESTRUTURA EM AÇO; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. MURAL BUCKY DESLOCAMENTO PADRÃO VERTICAL MÍNIMO DE 130 CM; FREIO ELETROMAGNÉTICO PARA POSICIONAMENTO VERTICAL; GRADE ANTIDIFUSORA RAZÃO MÍNIMA 103 LINHAS / POL.; OU GRADE DIFUSORA DIGITAL DISTANCIA FOCAL (100 A 180) CM; BANDEJA POSSIBILITANDO A ENTRADA DE CHASSIS (13X18 A 35X43) CM EM AMBAS AS DIREÇÕES (CONFIGURÁVEL NA INSTALAÇÃO); ESTRUTURA EM AÇO: ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. UNIDADE SELADA; CÚPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO; TUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE; POTÊNCIA MÍNIMA 30 KW PARA FOCO FICO E 70 KW PARA FOCO GROSSO COM VARIAÇÃO DE NO MÁXIMO 10%; ROTAÇÃO DO ANODO DE NO MÍNIMO 3.200 A 60 HZ E 9.700 RPM A 180 HZ; FOCOS FINO DE 0.6 MM E GROSSO DE 1.2 MM (OU MENOR); CAPACIDADE CALÓRICA MÍNIMA DE 300 KHU. COLIMADOR MANUAL LUMINOSO; CAMPO</p>	UNID

LUMINOSO AJUSTÁVEL INDICANDO ÁREA A SER IRRADIADA DE NO MÍNIMO DE 0X0 CM A 43X43 CM; ACIONAMENTO DA LÂMPADA COM TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DO CAMPO LUMINOSO; LÂMPADA LED PARA MAIOR DURABILIDADE E CONTINUIDADE DO SERVIÇO. SISTEMA DE DETECÇÃO DE IMAGENS DIGITAL: DEVERÁ POSSUIR 02 DETECTORES TIPO FLAT PAINEL COM FIO; DETECTOR DIGITAL TIPO DR , UTILIZANDO CINTILADOR DE IODETO DE CÉSIO (CSI); DIMENSÕES MÍNIMAS DE 35X43 CENTÍMETROS, UM PARA O USO BUCKY MURAL E MESA; DEVERÁ POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5 KG PARA O TAMANHO MÍNIMO DE 35X43CM; COM FIO OU SEM FIO, POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO BUCKY MURAL E MESA QUANDO NECESSÁRIO; **MATRIZ ATIVA DE NO MÍNIMO 2836 X 2836 PIXELS E 8 MILHÕES DE PIXELS; DEVERÁ TER PROFUNDIDADE DE IMAGEM PÓS PROCESSADA DE NO MÍNIMO 16 BITS; DISTÂNCIA ENTRE PIXEL DE 150 µM OU MENOR E IP56 MÍNIMO.** CONSOLE DE AQUISIÇÃO, VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS: DEVERÁ POSSUIR RACK PARA ACOMODAR OS EQUIPAMENTOS. DEVERÁ EXIBIR IMAGENS EM ATÉ 5 SEGUNDOS APÓS A EXPOSIÇÃO (PRÉ-VISUALIZAÇÃO); MONITOR DE LCD DE NO MÍNIMO 19"; DEVERÁ POSSUIR MATRIZ DE IMAGEM DE NO MÍNIMO 1.280 X1.024 PIXELS; CONECTIVIDADE DICOM 3.0; DEVERÁ POSSUIR DICOM STORAGE, PRINT, MWM, NO MÍNIMO; DEVERÁ POSSUIR DRIVE DE CD/DVD PARA GRAVAÇÃO DE MÍDIA EXTERNA; ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVERÁ CONTER A CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL COM A APLICAÇÃO E NOBREAK COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 600VA, BIVOLT AUTOMÁTICO. SOFTWARE DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: FILTROS DE HARMONIZAÇÃO E AJUSTES DE IMAGENS APLICADAS DO MOMENTO DA CAPTURA POR PARTE DO CORPO E POR TIPO DE INCIDÊNCIA, SELEÇÃO DE IMAGEM INDIVIDUAL E COLETIVA (TODAS), ZOOM, MOVIMENTO DA IMAGEM NA TELA (PAN), AJUSTE DEBRILHO E CONTRASTE (JANELAMENTO W/L) GERAL OU EM PONTO ESPECÍFICO, LENTE DE AUMENTO, RECORTE MANUAL OU AUTOMÁTICO EM POLÍGONO, RETÂNGULO E MÃO LIVRE, COM ÁREAS PRÉ-DEFINIDAS OU CONFIGURÁVEIS. INVERSÃO DE IMAGEM EM POSITIVO E NEGATIVO, GIRO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, GIRO POR LINHA, GIRO POR ARRASTO, ESPELHO VERTICAL E HORIZONTAL, AJUSTE DA IMAGEM NA TELA EM TAMANHO REAL OU PROPORCIONAL A TELA (FIT). DEVE ACOMPANHAR IMPRESSORA DIGITAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; EQUIPAMENTO DIGITAL DE FÁBRICA. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS ANALÓGICOS COM PLACAS DETECTORES DIVERSAS. TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SOFTWARE E DETECTOR DEVERÃO SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE MANUAL REGISTRADO NA ANVISA. DETECTORES DEVEM SER DA MESMA MARCA QUE O EQUIPAMENTO E NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS COMERCIAIS OU OUTROS MEIOS NÃO OFICIAIS DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA: 24 (VINTE E QUATRO) MESES INTEGRAL; MÃO DE OBRA, PARTE E PEÇAS, INCLUINDO O TUBO DE RAIOS-X. (DEVERÁ APRESENTAR) EXIGÊNCIAS: REGISTRO DO PRODUTO; BPF DE FABRICAÇÃO, IMPORTAÇÃO, AMBOS EXPEDIDOS PELA ANVISA/MS, EM PLENA VALIDADE, AFE E LICENÇA SANITÁRIA DO FABRICANTE, ANATEL PARA O EQUIPAMENTO SEM FIO. OBSERVAÇÃO: O NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS INCORRERÁ NA INABILITAÇÃO DA LICITANTE.

2. Desta forma, após as respostas aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações, e considerando as retificações no edital e termo de referências que alteram a formulação das propostas, informa que a data da abertura da licitação fica remarcada para o dia.

- a) **Data da Abertura dia: 16/05/2024 às 09h15min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).**  
b) **Periodo de Retirada: 30/04/2024 a 15/05/2024.**

Notificado por:

Rio Branco-AC, 29 de abril de 2024.

**FRANCISCO INÁCIO**  
**PREGOEIRO**



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO INÁCIO, Membro - Pregoeiro**, em 29/04/2024, às 10:58, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0010722370** e o código CRC **A3C6528B**.