



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
- <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER N° 40/2025/FUNDHACRE - DEPROS/FUNDHACRE - DIREXEC
PROCESSO N° 0039.013797.00010/2024-16

INTERESSADO: Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos

OBJETO: **PARECER ACERCA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 188/2024 - COMPRASGOV N.º 90188/2024**

Em atenção ao **Despacho nº 317/2025/SESACRE-NUCAE (0018344738)** referente ao **Pregão Eletrônico Nº 188/2024 - Comprasgov Nº 90188/2024 – Fundhacre**, cujo objeto é o *registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades dos Serviços da FUNDHACRE, contemplado com a Portaria Nº 965/2020 (proposta 07.458.465.000/1200-21) do Hospital do Idoso, Portaria 2030/21 (proposta nº 07458.465000/1210-06) para FUNDHACRE; Portaria Nº 1194/2020 (proposta nº 07458.465000/1200-03) do Serviço de Nefrologia e a Portaria 1648/2019 (proposta 07458.465000/1190-11 (FUNDHACRE), no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE*, tem-se a seguinte avaliação relacionada às propostas das empresas classificadas no certame:

(5^a Classificada)

Item 32. MICROSCÓPIO BINOCULAR (0018321133)

Empresa: BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA

Marca/Fabricante: GLOBAL OPTICS/GLOBAL TRADE

Modelo: NO217B1

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o produto apregoado não parece de acordo com os descriptivos técnicos solicitados no Termo de Referência, uma vez que foram identificadas divergências em relação a questões complementares e técnicas, como não inclusão dos acessórios solicitados e distância focal divergente. **Logo, é sugerida a desclassificação.**

(6^a Classificada)

Item 32. MICROSCÓPIO BINOCULAR (0018321154)

Empresa: N. C. CARVALHO - EIRELI – EPP

Marca/Fabricante: BRAZ TECNOLOGIA

Modelo: BTM-04-B

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o produto apregoado parece de acordo com os descriptivos técnicos solicitados no Termo de Referência. **Logo, é sugerida a classificação.**

(7^a Classificada)

Item 32. MICROSCÓPIO BINOCULAR (0018321165)

Empresa: EVEN COMERCIAL LTDA

Marca/Fabricante: BIOFOCUS

Modelo: BLUE1000-B-I-L-CFBI + BLUE-INF-PZ-CNDF

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o produto apregoadado **não** parece de acordo com os descritivos técnicos solicitados no Termo de Referência, uma vez que foram identificadas divergências em relação a questões de regulamentação, uma vez que o Registro Anvisa en contrato de nº 80815670008 encontra-se cancelado. **Logo, é sugerida a desclassificação.**

É o parecer.

Rio Branco, 25 de novembro de 2025.

MARIA LUIZA PIRES DE SOUZA

Membro da Comissão de Pareceristas Técnicos da Fundhacre

Portaria N° 23, 03 de fevereiro de 2025

DEPROS - FUNDHACRE



Documento assinado eletronicamente por **MARIA LUIZA PIRES DE SOUZA**, Técnico de Planejamento, em 25/11/2025, às 11:13, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0018401491** e o código CRC **61C036E0**.

Referência: Processo nº 0039.013797.00010/2024-16

SEI nº 0018401491