



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
- <http://saude.ac.gov.br>

PARECER N° 51/2024/SESACRE-NUCAE/SESACRE-DIVAIN/SESACRE-DEPIS/SESACRE-DEPEP/SESACRE-DIGSUS
PROCESSO N° 0019.015125.00141/2023-61
INTERESSADO: NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPAMENTOS, DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ASSUNTO: Parecer Técnico referente ao PE SRP N° 393/2023. **Processo Administrativo:** 0019.015125.00141/2023-61

PARECER TÉCNICO

Pregão Eletrônico N° 393/2023.

Processo Administrativo: 0019.015125.00141/2023-61

Objeto: "Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde, contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE".

Data da análise: 1 de abril de 2024.

Parecerista: Maria Rosiany Anute de Souza.

Considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Portaria N° 332, de 18 de julho de 2023, no Diário Oficial N° 13.577 de 20/07/2023- Caderno Único, no qual institui a Comissão de Pareceristas Técnicos e define a Área Técnica de Equipamentos Médicos e Hospitalares no Inciso I do Artigo 2°.

E mediante o exposto no processo virtual e documentos digitalizados, disponível no sistema **Comprasnet**, endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, atalho CONSULTAS / PREGÕES / EM ANDAMENTO, dados do formulário Situação: TODAS, **Pregão Eletrônico N° 393/2023**, direcionado a ANALISAR AS DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS E PROPOSTAS, informa-se quanto às propostas apresentadas:

Parecer técnico emitido pelo Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos (NUCAE), com o objetivo de auxiliar o Pregoeiro e equipe de apoio no julgamento das propostas de preços apresentadas pelos licitantes concorrentes classificados provisoriamente em primeiro lugar em cada item. Essa análise tem como objetivo atestar a compatibilidade dos produtos ofertados pelos licitantes concorrentes, com as características estabelecidas no edital para cada item pertinente, usando parâmetros técnicos objetivos.

Conforme solicitado pelo setor de Licitações, apresentamos as considerações referente às propostas apresentadas no Pregão Eletrônico 393/2023, que seguem levantadas com respectivo ateste nos itens:

Para o **item 2**: O licitante CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, apresentou equipamento Autoclave Horizontal de Solo, da **marca** STERMAX e **modelo/versão** FLEX 75L. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Produto com REGISTRO ANVISA 10430810012.

Feito análise através do site da marca do produto: <https://stermax.com.br/produto/autoclave-flex-75-litros/> Acesso: 1/4/2024.

A proposta não atende, informamos que o mesmo está em desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde Sistema Purificador e Tratamento de Água (Osmose Reversa) deverá já ser instalado ao equipamento.

Para o **item 2**: O licitante PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, apresentou equipamento Autoclave Horizontal de Solo, da **marca** PHOENIX e **modelo/versão** 39209. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Produto com REGISTRO ANVISA 80004710003. Feito análise através do site da marca do produto: <https://stermax.com.br/produto/autoclave-flex-75-litros/> Acesso: 1/4/2024.

A **proposta atende**, entretanto, os opcionais descrito no catálogo é obrigatório, conforme as especificações/parâmetros editalicias.

Para o **item 8**: O licitante MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, apresentou equipamento Armário Vitrine, da **marca** SALUTEM e **modelo/versão** SALUTEM. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://www.salutemhospitalares.com.br/catalogo/produtos/armario-vitrine-2-portas>. Acesso:3/4/2024.

A **proposta não atende**, informamos que o mesmo está em desacordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde Teto e Base do armário fabricados em Aço SAE 1020, chapa # 20 (0,90 mm de espessura), diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em aço inoxidável.

Para o **item 8**: O licitante J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, apresentou equipamento Armário Vitrine, da **marca** SALUTEM e **modelo/versão** SALUTEM. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://www.salutemhospitalares.com.br/catalogo/produtos/armario-vitrine-2-portas>. Acesso:3/4/2024.

A **proposta não atende**, informamos que o mesmo está em desacordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde Teto e Base do armário fabricados em Aço SAE 1020, chapa # 20 (0,90 mm de espessura), diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em aço inoxidável.

Para o **item 8**: O licitante CIRÚRGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, apresentou equipamento Armário Vitrine, da **marca** PRADO SOLUÇÕES e **modelo/versão** PS37-1. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.**

A **proposta atende**, entretanto, não houve análise em prospecto, apenas verificado no site do fabricante: <https://pradosolucoeshospitalares.com.br/>. *Acesso:3/4/2024*. Entretanto, deve entregar conforme o descritivo em **aço inoxidável**, pois, no site do fabricante não mostra prospecto, apenas foto.

Para o **item 10**: O licitante J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, apresentou equipamento Biombo, da **marca** Medi Saúde e **modelo/versão** MS-06.002. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.**

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://www.medisaude.ind.br/produtos/biombo-3-faces>. *Acesso:3/4/2024*.

A **proposta atende**, entretanto, o modelo apresentando pela empresa a referência C, fabricado em aço inoxidável. Portanto, apenas será aceite totalmente em aço inoxidável.

Para o **item 11**: O licitante CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, apresentou equipamento Bipap com Monitor Gráfico, da **marca** RESMART e **modelo/versão** G2S B30VT. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. **Produto com REGISTRO ANVISA 81464759017.**

Feito análise através do site da marca do produto: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351515670202118/numeroRegistro=81464759017> /. *Acesso: 3/4/2024*.

A **proposta atende**, informamos que o mesmo está em acordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), entretanto, deverá entregar o modelo que atende adulto/infantil.

Para o **item 14**: O licitante HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA, apresentou equipamento Cadeira para Coleta de Sangue, da **marca** MINAS INDUSTRIA e **modelo/versão** CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. **Produto com REGISTRO ANVISA 82540490004.**

Feito análise através do prospecto anexo pelo ofertante.

A **proposta não atende**, informamos que o mesmo está em desacordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), **totalmente fabricados em polipropileno (pp) altamente resistente pelo sistema de injeção termoplástica na cor verde**, diferente do ofertado.

Para o **item 14**: O licitante AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, apresentou equipamento Cadeira para Coleta de Sangue, da **marca** AC ESTOFADOS e **modelo/versão** AC ESTOFADOS. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Não foi realizada análise, haja vista, que no site da ANVISA e em pesquisa no google não consta nenhum catálogo/prospecto que possa comprovar e verificar se as especificações/parâmetros que corresponde os descritivos editalícios.

Para análise da proposta, solicitamos o catálogo/prospecto, informação para verificar se o produto satisfaz ao requerido no edital.

Para o **item 14**: O licitante J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, apresentou equipamento Cadeira para Coleta de Sangue, da **marca** MEDI SAÚDE e **modelo/versão** MS 08.006. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. **Produto com REGISTRO ANVISA 80881050004.**

Feito análise no site do fabricante: <https://www.medisaude.ind.br/produtos/poltrona-hospitalar-reclinavel-8>. Acesso: 3/4/2024.

A **proposta atende**, entretanto, o modelo apresentando pela empresa a referência A, deverá entregar na cor verde. Portanto, apenas será aceite conforme os descritivos do Termo de Referência.

Para o **item 17**: O licitante FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, apresentou equipamento Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica, da **marca** MEDI SAÚDE e **modelo/versão** MS-10.200. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. **Produto com REGISTRO ANVISA 80881050004.** Feito análise no site do fabricante: <https://www.medisaude.ind.br/produtos/cama-fowler-mecanica-4-manivelas>. Acesso: 3/4/2024.

A **proposta atende**, entretanto, o modelo apresentando pela empresa a referência, deverá entregar conforme os descritivos do Termo de Referência.

Para o **item 26**: O licitante MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, apresentou equipamento Foco Refletor Ambulatorial, da **marca** MEDICATE e **modelo/versão** MEDICATE. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. **Produto com REGISTRO ANVISA 10332170041.** Feito análise no site do fabricante: <https://www.mediccate.com.br/linha-hospitalar/foco-clinico/foco-clinico-led-espelho-mediccate> . Acesso: 3/4/2024.

A **proposta não atende**, informamos que o mesmo está em desacordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), **Temperatura da cor: 3000 K e vida útil Lâmpada: 25.000 horas**, diferente do TR.

Para o **item 26**: O licitante 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, apresentou equipamento Foco Refletor Ambulatorial, da **marca** MEDICATE e **modelo/versão** MEDICATE. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. **Produto com REGISTRO ANVISA 10332170041.** Feito análise no site do fabricante: <https://www.mediccate.com.br/linha-hospitalar/foco-clinico/foco-clinico-led-espelho-mediccate> . Acesso: 3/4/2024.

A **proposta não atende**, informamos que o mesmo está em desacordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), **Temperatura da cor: 3000 K e vida útil Lâmpada: 25.000 horas**, diferente do TR.

Para o **item 26**: O licitante MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, apresentou equipamento Foco Refletor Ambulatorial, da **marca** MEDPEJ e **modelo/versão** FL 4000HR. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. **Produto com REGISTRO ANVISA 80127840022.** Feito análise no site do fabricante: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351063291201411/numeroRegistro=80127840022>. Acesso: 3/4/2024.

A **proposta atende**, informamos que o mesmo está em acordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR). Entretanto, deve entregar conforme o descritivo.

Para o **item 34**: O licitante CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, apresentou equipamento Nebulizador Portátil, da **marca** NSR-INALEX e **modelo/versão** INALEX. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. **Produto com REGISTRO ANVISA 80112550002.**

Feito análise no site do fabricante: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351027748200351/numeroRegistro=80112550002>. Acesso: 4/4/2024.

A **proposta atende**, informamos que o mesmo está em acordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR). Entretanto, deve entregar conforme o descritivo.

Para o **item 47**: O licitante FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, apresentou equipamento Transiluminador Cutâneo (Venóscopio), da **marca** DUAN e **modelo/versão** VENUS. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. **Produto com REGISTRO ANVISA 80112550002.**

Feito análise no site do fabricante: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351027748200351/numeroRegistro=80112550002>. Acesso: 4/4/2024.

A **proposta não atende**, informamos que o mesmo está em desacordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR). **Medidas:11,5 cmX4,5cmX3,0cm e 2 LEDS RGB**, diferente do TR.

Para o **item 47**: O licitante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, apresentou equipamento Transiluminador Cutâneo (Venóscopio), da **marca** DUAN e **modelo/versão** VENÓSCOPIO. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. **Produto com REGISTRO ANVISA 80112550002.** Feito análise no site do fabricante: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351027748200351/numeroRegistro=80112550002>. Acesso: 4/4/2024.

A **proposta não atende**, informamos que o mesmo está em desacordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR). **Medidas:11,5 cmX4,5cmX3,0cm e 2 LEDS RGB**, diferente do TR.

Maria Rosiany Anute de Souza
Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos-NUCAE
Portaria Nº 332 de 18/7/2023
Parecerista Técnica-SESACRE



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ROSIANY ANUTE DE SOUZA, Enfermeiro Parecerista**, em 04/04/2024, às 09:28, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0010457880** e o código CRC **0D22F15C**.
