



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
- <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER N° 5/2025/FUNDHACRE - NEFRO/FUNDHACRE - SESP/FUNDHACRE - DIRASS
PROCESSO N° 0039.007147.00266/2024-11
INTERESSADO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA
ASSUNTO: **PARECER TÉCNICO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 305/2024**
PARECER TÉCNICO

A Sua Senhoria a Senhora
Janaína Alves da Silva
Chefe do Setor de Licitações, Compras e Contratos - FUNDHACRE

Prezada,

Com cordiais cumprimentos, em atenção ao **Despacho n° 3735/2025/FUNDHACRE - DIREXEC (0018182020)**, referente ao **OFÍCIO N° 11063/2025/SEAD (0018156401)**, do qual versa sobre o **Pregão Eletrônico SRP n° 305/2024 - COMPRASGOV n° 90305/2024**, cujo objeto é a *aquisição de material para Nefrologia (Dialisador Capilar), para atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE*, para análise e emissão de parecer técnico, conforme especificado no **MEMORANDO N° 3149/2025/SEAD - SELIC- DIPREG (0018156322)**.

ITEM	DESCRÍÇÃO DOS ITENS	UND	QTD REGISTRO	EMPRESA FORNECEDORA	PARECER TÉCNICO
8	CONECTOR TEGO; CONECTOR DE SISTEMA FECHADO TEGO, PARA CATETERES VENOSOS CENTRAIS DE HEMODIÁLISE E EFÉSESE, CONECTOR DE SISTEMA FECHADO E PRESSÃO NEUTRA, CONFECIONANDO EM POLICARBONATO E REVESTIMENTO DE SILICONE, COM CONEXÃO LUER LOCK PARA CATETERES DE HEMODIÁLISE E AFÉRESE. PERmite FLUXO DE SANGUE SUPERIOR A 600 ML/MIN E DESLOCAMENTO ZERO DE FLUÍDOS.	UN	7.200	CENTO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra.

16	<p>DIALISADOR CAPILAR PRÓPRIO PARA REUSO; FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA; DE MEMBRANA DE POLIETERSULFONA OU SIMILAR DE ALTO FLUXO; COM 40M DE ESPESSURA; AREA DE SUPERFICIE 1,5M² OU 16M2 COEFICIENTE DE ULTRAFILTRACAO 16 ML/H/MMHG; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSER MACHO; E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CAMARRA EXTERNA DE POLIPROPILENO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGENICA, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.</p>	UN			FRACASSADO
22	<p>KIT CATETER DUPLO LUMEN; LONGA PERMANENCIA; TIPO PERMICATH; CALIBRE 12.5 A 14.0 FR; 40CM DE COMPRIMENTO TOTAL(PONTA A PONTA). COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA),(LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL),CONTENDO, NO MINIMO: FIO GUIA RETO EM J, AGULHA INTRODUTÓRIA, SERINGA, 2 DILATADORES DE VASO, BAINHA/DILATADOR, TUNELIZADOR; ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.</p>	KIT	144	<p>MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA</p>	<p>APROVADO O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.</p>

23	<p>KIT CATETER DUPLO LUMEN; LONGA PERMANENCIA; TIPO PERMICATH; CALIBRE 13.5 A 14.5 FR; 50CM DE COMPRIMENTO TOTAL(PONTA A PONTA). COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA),(LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL),CONTENDO, NO MINIMO: FIO GUIA RETO EM J, AGULHA INTRODUTÓRIA, SERINGA, 2 DILATADORES DE VASO, BAINHA/DILATADOR, TUNELIZADOR; ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.</p>	KIT	96	<p>UNI LIFE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA</p>	<p>APROVADO O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.</p>
26	<p>LINHA DE SANGUE ARTERIAL ADULTO PARA HEMODIÁLISE DE PLÁSTICO FLEXIVEL, ATOXICA, COM SEGMENTO DA BOMBA DE SANGUE DE 8MM, ATÓXICO, INJETOR LATERAL E LARGO COM PROTECAO PARA OS DEDOS, CONECTOR LUER-LOCK PARA AS AGULHAS DE FÍSTULA OU CATETERES E NA OUTRA PONTA PARA O DIALISADOR, PINÇAS DE TRAVAMENTO DE FLUXO EM TODAS AS PONTAS. EXTENSÃO PARA SORO, HEPARINA, AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL.</p>	UN	36.000	<p>MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA</p>	<p>DESCLASSIFICADO O produto não atende aos requisitos de segurança e funcionalidade exigidos para uso hospitalar durante ao tratamento, apresentando o tamanho curto dificultando a assistência durante o tratamento de hemodiálise, principalmente em uma intercorrência.</p>

Atenciosamente,

Wilmar Furtado Nogueira
RT de Enfermagem do Serviço de Nefrologia - FUNDHACRE
Portaria nº 11, de 10/10/2024

Keiciane Silva Oliveira
Chefe do Serviço de Nefrologia - FUNDHACRE



Documento assinado eletronicamente por **KEICIANE SILVA OLIVEIRA, Chefe de Setor**, em 03/12/2025, às 10:34, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **WILMAR FURTADO NOGUEIRA, Enfermeiro**, em 03/12/2025, às 10:48, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0018195533** e o código CRC **AEAB3A35**.