



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
- <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER Nº 7/2025/FUNDHACRE - CENTCIR/FUNDHACRE - DIVIENF/FUNDHACRE -
APTEC/FUNDHACRE - DIRASS
PROCESSO Nº 0039.007053.00133/2024-49
INTERESSADO: DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, COMPRAS
ASSUNTO: PARECER TÉCNICO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 166/2024

PARECER TÉCNICO

A Sua Senhoria a Senhora
Janaína Alves da Silva
Chefe do Departamento de Compras - FUNDHACRE

Prezada,

Com cordiais cumprimentos, em atenção ao **MEMORANDO Nº 427/2025/SEAD - SELIC-DIPREG (0014449508)**, referente ao processo licitatório **SEI Nº 0039.007053.00133/2024-49, Pregão Eletrônico SRP Nº 166/2024 - COMPRASGOV Nº 90166/2024 - FUNDHACRE**, cujo objeto é aquisição de material médico hospitalar, para atender as necessidades da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo - FUNDHACRE, do qual solicita análise e emissão de parecer técnico das propostas das empresas **Centro Oeste Comércio e Serviços LTDA e Multimedik Distribuição LTDA.**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUANTIDADE	PEDIDO MINIMO	EMPRESA FORNECEDORA	PARECER TÉCNICO

01	TELA CIRURGICA - TAMANHO 15X15 CM, CONFECCIONADA 100% POLIPROPILENO, MACROPOROSA, MONOFILAMENTAR. INDICADA PARA CIRURGIA DE REPARO DE ASSOAHO PELVICO COM GRAMATURA ENTRE 28 E 40G/CM³. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPITCA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UND	288	20	Centro Oeste Comércio e Serviços LTDA	DESCCLASSIFICADO O produto não atende ao solicitado, especificações incompatíveis em consulta ao número de registro ANVISA (10229650008) verificou-se que o produto destina-se a cirurgias abdominais para hérnia de todos os tipos, reconstrução de parede abdominais, obesidades intratáveis, o que não condiz com a finalidade do material solicitado no edital.
----	--	-----	-----	----	--	---

02	TELA CIRURGICA - TAMANHO 30X30CM, CONFECIONADA 100% POLIPROPILENO, MACROPOROSA, MONOFILAMENTAR. INDICADA PARA CIRURGIA DE REPARO DE ASSOAHO PELVICO COM GRAMATURA ENTRE 28 E 48G/CM³, POROSIDADE 1,5 MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UND	288	20	Multimedik Distribuição LTDA	DESCCLASSIFICADO O produto não atende ao solicitado, especificações incompatíveis em consulta ao número de registro ANVISA (10366900008) verificou-se que o produto destina-se ao tratamento cirúrgico de hérnias púbicas, abdominais, inguinais e reconstrução do local herniado, o que não condiz com a finalidade do material solicitado no edital
----	---	-----	-----	----	---	--

Considerando a análise das propostas apresentadas das empresas **Centro Oeste Comércio e Serviços LTDA** e **Multimedik Distribuição LTDA** que foram desclassificadas por apresentarem produtos que não atendem às especificações técnicas solicitadas no Edital, sugerimos a reclassificação de empresas cujas propostas apresentem materiais compatíveis com os requisitos técnicos exigidos.

Atenciosamente,

Ducivan da Silva Rêgo
 Responsável Técnico do Centro Cirúrgico - FUNDHACRE



Documento assinado eletronicamente por **DUCIVAN DA SILVA RÊGO**, Contrato Temporário, em 27/06/2025, às 09:59, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0016132240** e o código CRC **D2C202DA**.

Referência: Processo nº 0039.007053.00133/2024-49

SEI nº 0016132240