



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
- <http://saude.ac.gov.br>

PARECER Nº 32/2024/SESACRE-NUCAE/SESACRE-DIVAIN/SESACRE-DEPIS/SESACRE-DEPEP/SESACRE-DIGSUS
PROCESSO Nº 0019.015125.00141/2023-61
INTERESSADO: NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPAMENTOS, DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ASSUNTO: Pregão Eletrônico Nº 393/2023. **Processo Administrativo:** 0019.015125.00141/2023-61.

PARECER TÉCNICO

Pregão Eletrônico Nº 393/2023.

Processo Administrativo: 0019.015125.00141/2023-61

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde, contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.

Data da análise: 19 de dezembro de 2023 a 15 de fevereiro de 2024.

Parecerista: Maria Rosiany Anute de Souza.

Considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Portaria Nº 332, de 18 de julho de 2023, no Diário Oficial Nº 13.577 de 20/07/2023- Caderno Único, no qual institui a Comissão de Pareceristas Técnicos e define a Área Técnica de Equipamentos Médicos e Hospitalares no Inciso I do Artigo 2º.

E mediante o exposto no processo virtual e documentos digitalizados, disponível no sistema *Comprasnet*, endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, atalho CONSULTAS / PREGÕES / EM ANDAMENTO, dados do formulário Situação: TODAS, **Pregão Eletrônico Nº 393/2023**, direcionado a JULGAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS E PROPOSTAS, informa-se quanto às propostas apresentadas:

Conforme solicitado pelo setor de Licitações, segue Parecer Técnico referente às propostas apresentadas no Pregão Eletrônico 393/2023, que seguem levantadas com respectivo ateste nos itens:

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 1 –FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. ANALISADOR DE GASES

RESPIRATÓRIOS/HEMOGASÔMETRO da marca GTGROUP, modelo/versão GASMETER 200. **Produto com REGISTRO ANVISA 80785070153.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no catálogo anexo aos documentos da empresa licitante.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência. Entretanto, deverá entregar** com interface de mouse e teclado externo, haja vista, que no catálogo está como opcional. **Logo, fica sugerida a classificação.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 2 –ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. AUTOCLAVE HORIZONTAL SOLO da marca STERMAX, modelo/versão FLEX 75 LITROS BVLT. **Produto com REGISTRO ANVISA 10430810009.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no site da ANVISA:
<https://consultas.anvisa.gov.br/saude/25351099024201200/numeroRegistro=10430810009>.
Acesso:20/12/2023.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no TR, entretanto, deve entregar **gerador em aço inoxidável AISI 316 e bandejas em aço inoxidável,** haja vista, que no catálogo do fabricante **é opcional. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 3 –AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. AUTOCLAVE VERTICAL da marca PRISMATEC, modelo/versão PRISMATEC. **Produto com REGISTRO ANVISA 81559170001.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no site da ANVISA:
<https://consultas.anvisa.gov.br/saude/25351062712201809/numeroRegistro=81559170001>.
Acesso:20/12/2023.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no TR, entretanto, deve entregar **com tubulações externa em aço inoxidável, com gerador de vapor próprio construído em aço inoxidável AISI 304 e 2 cestos aramados em aço inox,** haja vista, que no catálogo do fabricante **é opcional. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item 4 –JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. APARELHO DE ANESTESIA da marca KTK, modelo/versão SAT-700. **Produto com REGISTRO ANVISA 10229820077.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do manual anexo a proposta do licitante. Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinadas especificações técnicas descritas no Termo de Referência,**

onde oferta possibilidade de usar até 2 Vaporizadores Calibrados e Ventilador eletrônico controlado através de fole ascendente. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da QUARTA CLASSIFICADA ao item 4 –RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. APARELHO DE ANESTESIA da marca MINDRAY, modelo/versão WATO EX-65. **Produto com REGISTRO ANVISA 80102510773.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do manual anexo a proposta do licitante. Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar com acessórios solicitados. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 5 –JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS da marca KTK e PROLIFE, modelo/versão SAT-600 e C-120 C/ CAP. **Produto com REGISTRO ANVISA 10229820111 e 10394530056.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima dos manuais anexo a proposta do licitante. Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinação específica descrita no Termo de Referência, não oferta o Monitor Multiparâmetros na mesma marca do aparelho de anestesia.** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 5 –RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS da marca MINDRAY, modelo/versão WATO EX-35 E UMEC12. **Produto com REGISTRO ANVISA 80102510773 e 80943610144.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do manual anexo a proposta do licitante. Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar com acessórios solicitados. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 6 –ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL ATE 350 LITROS da marca PHOENIX /LUFERCO, modelo/versão 39209. **Produto com REGISTRO ANVISA 80004710004.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no site da ANVISA:
[https://consultas.anvisa.gov.br//saude/25351571632200860/numeroRegistro=80004710004.](https://consultas.anvisa.gov.br//saude/25351571632200860/numeroRegistro=80004710004)

Acesso:21/12/2023.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde** Sistema Purificador e Tratamento de Água (Osmose Reversa). Obs.: Não acompanha o equipamento. (Pág.31). Sendo que solicita no TR que seja instalado internamente no equipamento.

Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 6 –JARAGUA MERCANTIL LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL ATE 350 LITROS da marca ONIX CIÊNTEFICA, modelo/versão OHFV-BA360EL.**Produto com REGISTRO ANVISA 81559170001.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351062712201809/numeroRegistro=81559170001>. Acesso:4/01/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde** Sistema Purificador e Tratamento de Água (Osmose Reversa), deverá já ser instalado e não como opcionais. O modelo proposto pela empresa também não apresenta painel de controle microprocessado através de CLP **com software para 10 em display.**

Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item 6 –BAUMER S A – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL ATE 350 LITROS da marca BAUMER, modelo/versão HI SPEED II B0111-500P. **Produto com REGISTRO ANVISA 10345500099.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do manual anexo site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351008027201037/numeroRegistro=10345500099>.

Acesso:4/01/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar com acessórios solicitados. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 8 –SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. ARMARIO VITRINE da marca SALUTEM, modelo/versão S- 0020. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://www.salutemhospitalares.com.br/catalogo/produtos/armario-vitrine-2-portas>. Acesso:4/01/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde** Teto e Base do armário fabricados em Aço SAE

1020, chapa # 20 (0,90 mm de espessura), diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em aço inoxidável. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item **8** –LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. ARMARIO VITRINE da marca MEDI SAUDE, modelo/versão MS-02.001. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.**

Feito análise em cima do prospecto do fabricante, verificado que o modelo MS-02.004 é fabricado em aço inoxidável, portanto, somente será aceite a oferta deste. Haja vista, que o modelo proposto MS-02.001, construído em aço carbono.

Logo, fica sugerida a classificação ao pleito, entretanto, deverá entregar o equipamento referente ao Modelo MS-02.004.

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **9** –K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO da marca LIDER, modelo/versão P200C. **Produto com certificação INMETRO. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.**

Feito análise em cima do produto no Catálogo, anexo a proposta.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item **10** –SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BIOMBO da marca SALUTEM, modelo/versão S-100-O. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.**

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://www.salutemhospitalares.com.br/catalogo/produtos/biombo-duplo-em-epoxi-faces-em-algodao-salutem-hospitalares>. Acesso:8/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde construído com tubos de aço 3/4" em pintura epóxi**, diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em aço inoxidável. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da QUARTA CLASSIFICADA ao item **10** –CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BIOMBO da marca PRADO SOLUÇÕES, modelo/versão PS175I. **Produto não**

regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://pradosolucoeshospitales.com.br/>. Acesso:8/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde construído em aço carbono,** diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em aço inoxidável. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da QUINTA CLASSIFICADA ao item **10 –COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA** – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BIOMBO da marca SANTA CLARA, modelo/versão BIOMBO HOSPITALAR. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <http://www.santaclaramoveis.com.br/biombotriplo.pdf>. Acesso:8/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar em aço inoxidável e com 6 rodas, haja vista, que no site é opcional. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item **11 –PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA** – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BIPAP COM MONITOR GRÁFICO da marca BMC, modelo/versão BMC. **Produto com REGISTRO ANVISA a empresa não apresentou.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Não foi feito análise, pois, não foi anexo a proposta do licitante, nenhum Catálogo e no site da empresa não refere ao item em epígrafe. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item **11 –COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA** – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BIPAP COM MONITOR GRÁFICO da marca GASLIVE, modelo/versão BIPAP COM MONITOR GRÁFICO. **Produto com REGISTRO ANVISA 81278599007.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no Catálogo no site da empresa:

https://gaslive.com.br/materiais-de-venda/catalogo-gaslive_POR_2021.pdf. Acesso:9/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto e com os acessórios. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 12 –AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BISTURI ELÉTRICO da marca TRANSMAI, modelo/versão BP-100-PLUS. **Produto com REGISTRO ANVISA 80052640023.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no Catálogo no site da empresa:

<https://www.transmai.com.br/productos/bisturi-eletronico-bp-100-digital/>. Acesso: 9/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde *somente monopolar*, diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em *monopolar e bipolar*.** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 12 –BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BISTURI ELÉTRICO da marca BARRFAB, modelo/versão LC4. **Produto com REGISTRO ANVISA 80009860012.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no manual nos arquivos do site da ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351731766201907/numeroRegistro=80009860012>

Acesso: 9/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto e com os acessórios. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 13 –RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BOMBA DE INFUSÃO da marca MINDRAY, modelo/versão VP3. **Produto com REGISTRO ANVISA 80943610061 e CERTIFICAÇÃO INMETRO.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no manual nos arquivos do site da ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351493833201971/numeroRegistro=80943610061>

Acesso: 10/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 14 –SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA– conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE da marca SALUTEM, modelo/versão S8354-A. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere

às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://loja.salutemhospitales.com.br/cadeira-para-coleta-de-sangue-com-braco-estofado-salutem/>.
Acesso:10/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde construído em tubo em aço pintado com tinta epóxi**, diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em totalmente fabricados em polipropileno (pp) altamente resistente pelo sistema de injeção termoplástica na cor verde. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 14 –MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE da marca SALUTEM, modelo/versão S 8354-A. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://loja.salutemhospitales.com.br/cadeira-para-coleta-de-sangue-com-braco-estofado-salutem/>.
Acesso:10/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde construído em tubo em aço pintado com tinta epóxi**, diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em totalmente fabricados em polipropileno (pp) altamente resistente pelo sistema de injeção termoplástica na cor verde. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item 14 –ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE da marca ALFRS, modelo/versão ALFCCBR. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://alfrs.business.site/> Acesso:10/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde construído em tubo em aço pintado com tinta epóxi**, diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em totalmente fabricados em polipropileno (pp) altamente resistente pelo sistema de injeção termoplástica na cor verde. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da QUARTA CLASSIFICADA ao item 14 –CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE da marca PRADO SOLUÇÕES, modelo/versão PS197B. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://pradosolucoeshospitales.com.br>. Acesso:10/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde construído em tubo em aço pintado com tinta epóxi**, diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em totalmente fabricados em polipropileno (pp) altamente resistente pelo sistema de injeção termoplástica na cor verde. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da QUINTA CLASSIFICADA ao item 14 –COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE da marca SANTA CLARA, modelo/versão CADEIRA CLÍNICA. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <http://www.santaclaramoveis.com.br/poltrona-para-coleta-fixal/>. Acesso:10/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde construído em tubo em aço pintado com tinta epóxi**, diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em totalmente fabricados em polipropileno (pp) altamente resistente pelo sistema de injeção termoplástica na cor verde. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 15 –GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CADEIRA OTORRINOLÓGICA da marca GIGANTE, modelo/versão CE-9000-X. **Produto com REGISTRO ANVISA 10228740034.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no arquivo/Manual no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351602918201539/numeroRegistro=10228740034/>. Acesso:10/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto, haja vista, que no catálogo do fabricante estão como opcionais. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 17 –ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA da marca ALFRS, modelo/versão ALF-CH AC01. **Produto com REGISTRO ANVISA 81513180003.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://alfrs.business.site/> Acesso:10/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde construído em tubo em aço pintado com tinta epóxi,** diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em cabeceira e peseira removíveis, confeccionada em material termoplástico de alta resistência e totalmente preenchida com espuma de poliuretano. grades de proteção nas laterais, confeccionadas em aço inoxidável. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item 17 –SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA da marca SALUTEM, modelo/versão S 8800 C. **Produto com REGISTRO ANVISA 81871110001.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://salutemhospitales.com.br/catalogo/produtos/cama-fowler-com-elevacao-s-8800-c>. Acesso: 10/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde construído com longarinas de aço perfilados em U,** diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em cabeceira e peseira removíveis, confeccionada em material termoplástico de alta resistência e totalmente preenchida com espuma de poliuretano. grades de proteção nas laterais, confeccionadas em aço inoxidável. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da QUARTA CLASSIFICADA ao item 17 –COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA da marca SANTA CLARA, modelo/versão CAMA HOSPITALAR. **Produto com REGISTRO ANVISA 80413280006.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: http://www.santaclaramoveis.com.br/wp-santaclara_catalogo_camas_Cama-Fowler-3-Man.-Cab-e-Lateral-de-Pla%CC%81stico-e-Rodi%CC%81zios-1.pdf. Acesso: 11/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde Chapa de aço carbono perfurado , rodízios de 3“ de diâmetro e dimensões** diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em cabeceira e peseira removíveis, confeccionada em material termoplástico de alta resistência e totalmente preenchida com espuma de poliuretano. grades de proteção nas laterais, confeccionadas em aço inoxidável, rodízios giratórios e com movimentos livres, diâmetro > (maior ou igual) a seis polegadas e dimensões mínimas de 210 x 90 x 50 cm (comprimento x largura x altura. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da QUINTA CLASSIFICADA ao item 17 –META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA da marca META, modelo/versão ND 1142. **Produto com REGISTRO ANVISA 80581990008.** No que se refere às especificações técnicas da

proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do arquivo/produto no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#!/saude/25351002608201665/numeroRegistro=80581990008>. Acesso em 5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto, haja vista, que no catálogo do fabricante estão como opcionais:** Estrutura em aço inox e deverá entregar com colchão. **Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 18 –SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CARRO CURATIVO da marca SALUTEM, modelo/versão S0280. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://www.salutemhospitales.com.br/carro-para-curativo-inox-com-balde-e-bacia-salutem-hospitales>. Acesso: 5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde balde de 5 litros em alumínio e bacia de 3 litros em alumínio,** diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em balde e bacia em aço inox. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 18 –216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CARRO CURATIVO da marca RENASCER, modelo/versão RN04010R. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://renascermoveishospitales.com.br/produtos>. Acesso: 5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto, haja vista, que no catálogo do fabricante está como opcional: CARRO CURATIVO INOX, COM BALDE E BACIA INOX.** Logo, **fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 19 –216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CARRO MACA AVANÇADO da marca RENASCER, modelo/versão RENASCER . **Produto com REGISTRO ANVISA 80430259010.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://renascermoveishospitales.com.br/produtos>. Acesso: 5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde Capacidade Aprox.: Até 110Kg**, diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em Capacidade aproximadas de 250 kg. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 19 –ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CARRO MACA AVANÇADO da marca ALFRS, modelo/versão ALFCM 04. **Produto com REGISTRO ANVISA 81513180003.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://www.alfrs.com.br/>. Acesso: 5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde Confeccionado em aço carbono**, diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em Confeccionado em aço inox. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item 19 –CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CARRO MACA AVANÇADO da marca ORTOMED, modelo/versão OM205-2. **Produto com REGISTRO ANVISA 80849750003.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://ortomedmoveis.com.br/produtos/carro-maca-de-transferencia/>. Acesso: 5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde confeccionado em aço inoxidável com acabamento polido**, diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em Confeccionado em aço inox AISI 410. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da QUARTA CLASSIFICADA ao item 19 –LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CARRO MACA AVANÇADO da marca MEDI SAUDE, modelo/versão MS-04.006 REF A. **Produto com REGISTRO ANVISA 80881050003.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://www.medisaude.ind.br/produtos/carro-maca-transferencia>. Acesso: 5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto em aço inoxidável. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 20 –ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CARRO MACA SIMPLES da marca ALFRS, modelo/versão ALFCM 08. **Produto com REGISTRO ANVISA 81513180003.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://www.alfrs.com.br/>. Acesso: 5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde Confecionado em aço carbono,** diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em Confecionado em aço inox. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 20 –216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CARRO MACA SIMPLES da marca RENASCER, modelo/versão RENASCER . **Produto com REGISTRO ANVISA 80430259010.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://renascermoveishospitales.com.br/produtos>. Acesso: 5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto em aço inoxidável. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 21 –CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CARRO TÉRMICO da marca GRUMED, modelo/versão CTARG. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://grumed.com.br/produtos/carro-termico-e-refrigerado-cada-modulo/> Acesso: 5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto confeccionado em aço inoxidável. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 22– SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO da marca INALOCLIN, modelo/versão SAM-5004. **Produto com REGISTRO ANVISA 823545309002.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no manual anexo a proposta do licitante.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá ser entregue conforme o descritivo. **Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 23 – J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. ELETROCARDIOGRAFO da marca BIONET, modelo/versão BIONET CARDIOCARE 2000. **Produto com REGISTRO ANVISA 80070210004. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.**

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://ebionet.com.br/eletrocardiografo/>. Acesso: 5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto com os acessórios. **Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 24 –SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. ESCADA COM 2 DEGRAUS da marca SALUTEM, modelo/versão S 0480-A. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.**

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://salutemhospitalares.com.br/catalogo/produtos/>. Acesso: 5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está **desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde em Pintura Epóxi com Ponteira** diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em Confeccionado em aço inox. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item 24 –J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. ESCADA COM 2 DEGRAUS da marca MEDI SAUDE, modelo/versão 14.001- REF A. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.**

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://www.medisaude.ind.br/produtos/escada-2-degraus-inox-tradicional-1/>. Acesso: 5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto confeccionado em aço inoxidável. **Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 25 –LUANNA FREIRE FELIX LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. FOCO CIRÚRGICO SOLO DE MÓVEL da marca MEDLIGHT, modelo/versão FA APOLLO 03X04 BULBOS

LED. Produto com REGISTRO ANVISA 80712710007. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351671671201403/numeroRegistro=80712710007>. Acesso: 6/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar com: 04 (QUATRO) MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS. 02 (DOIS) KIT'S DE LED'S PARA REPOSIÇÃO. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 26 –HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. FOCO REFLETOR AMBULATORIAL da marca FM, modelo/versão 6460. **Produto com REGISTRO ANVISA 80257089010.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351915697201629/numeroRegistro=80257089010>. Acesso: 6/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde em Pintura Epóxi** diferente do Termo de Referência (TR) que solicita em base do pedestal em inox com no mínimo 04 rodízios de 4 polegadas. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 26 –COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. FOCO REFLETOR AMBULATORIAL da marca GG EQUIPAMENTOS, modelo/versão FOCO AUXILIAR. **Produto com REGISTRO ANVISA 80257089010.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://ggequipamentos.med.br/foco-clinico-ambulatorial-md-100/>. Acesso: 6/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo MD 100, apresenta em aço inoxidável. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 28 –AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. MANTA TÉRMICA da marca QINLORGO, modelo/versão QINLORGO. **Produto com REGISTRO ANVISA, e a empresa não apresentou.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site da AMAZON, não confere com descritivo/especificações técnicas. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 28 –ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. MANTA TÉRMICA da marca GENTHERM, modelo/versão WARM AIR. **Produto com REGISTRO ANVISA 80271290041.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351477152201607/numeroRegistro=80271290041>. Acesso: 6/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 29 –SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. MESA AUXILIAR da marca SALUTEM, modelo/versão S 0840-E. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://salutemhospitalares.com.br/catalogo/produtos/>. Acesso: 6/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto confeccionado em aço inoxidável. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 30 –GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA da marca GIGANTE, modelo/versão CE-9000-X. Produto com REGISTRO ANVISA 10228740034. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no arquivo/Manual anexo a proposta: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351602918201539/numeroRegistro=10228740034/>. Acesso: 10/1/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto, haja vista, que no catálogo do fabricante estão como opcionais a cuba coletora tipo gaveta em aço inoxidável. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 31 –SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. MESA DE EXAMES da marca SALUTEM, modelo/versão S0440. **Produto com REGISTRO ANVISA 81871110002.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada

pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no arquivo/Manual no site da ANVISA:
<https://consultas.anvisa.gov.br/#!/saude/25351035630202006/numeroRegistro=81871110002>.

Acesso:5/2/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item 32 –COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA da marca BRAIN4CARE (PIC), modelo/versão **não apresentou. Produto com REGISTRO ANVISA não apresentou. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.**

Dado o exposto, informamos que não podemos analisar, haja vista, que não corresponde **com a especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR)**, logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 33 –RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO da marca MINDRAY, modelo/versão EPM 12M. **Produto com REGISTRO ANVISA 80943610069. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.**

Feito análise em cima do manual anexo a proposta do licitante. Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar com acessórios solicitados. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 34 –CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - ME– conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. NEBULIZADOR PORTÁTIL da marca MULTILASER, modelo/versão HC267. **Produto com REGISTRO ANVISA 81596329021. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.**

Feito análise em cima do manual anexo a proposta do licitante. Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em desacordo com as especificações técnicas, pois, no Termo de Referência (TR) solicita Ultrassônico. E ofertado não apresenta.** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 34 –COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. NEBULIZADOR PORTÁTIL da marca GTECH, modelo/versão NEBULIZADOR. **Produto com REGISTRO ANVISA 80275310019. No que se refere às especificações técnicas da proposta**

apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar com a especificação ultrassônica, haja vista, que a proponente não especificou modelo. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 35 –J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. NEGATOSCÓPIO da marca OURO VERDE, modelo/versão OV.783. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.**

Feito análise no arquivo/Manual no site: <https://www.casamedica.com.br/negatoscopio-1-corpo-esmaltado-bivolt-led-ouro-verde.html>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde *em corpo esmaltado* diferente do Termo de Referência (TR) que solicita *em aço inoxidável*. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.**

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 35 –POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. NEGATOSCÓPIO da marca METALIC, modelo/versão MT488. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.**

Feito análise no arquivo/Manual no site: <https://www.metalicmedical.com.br/mt488-negatoscopio-2-corpos-bivolt-inox>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 36 –CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - ME– conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. OTOSCÓPIO da marca MACROSUL, modelo/versão OMNI 3100. **Produto com REGISTRO ANVISA 80070210090. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.**

Feito análise no arquivo/Manual no site: <https://www.macrosul.com/produto/otoscopio-md-2-5v-omni-3100-led-com-estojo-macio-cinza.html>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 37 –CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - ME– conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. OXIMETRO DE PULSO da marca RONSEDA, modelo/versão VT200B. **Produto com REGISTRO ANVISA 81013649004.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no arquivo/Manual no site: <https://www.cirurgicaceron.com.br/bem-estar-e-saude/oximetros/oximetro-de-pulso-portatil-e-mesa-com-visor-de-3-5-vt200>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em desacordo com as especificações técnicas, pois, no Termo de Referência (TR) solicita *painel com duplo display em LED*** e ofertado não apresenta. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 37 –ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. OXIMETRO DE PULSO da marca ALFA MED, modelo/versão VIRTO. **Produto com REGISTRO ANVISA 80629379002.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no arquivo/Manual no site: <https://alfamed.com/produtos/oximetro-virto/>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência (TR), entretanto, deverá entregar conforme TR. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item 38 –J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA da marca RESGATE, modelo/versão ADULTA. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no site do fabricante: <https://resgatesp.com.br/produtos/prancha-de-poliuretano/Acesso:6/2/2024>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto confeccionado radiotransparente. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 39 –SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. POLTRONA PARA DOAÇÃO DE SANGUE da marca SALUTEM, modelo/versão S 8276-A. **Produto com REGISTRO ANVISA 81871110005.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no arquivo/Manual no site: <https://loja.salutemhospitalares.com.br/poltrona-articulavel-luxo-salutem-hospitalares>. Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde *manuseio feitos por***

meio de pistão a gás, diferente do Termo de Referência (TR) que solicita motor elétrico, controle remoto. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item **39** –LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. POLTRONA PARA DOAÇÃO DE SANGUE da marca MEDI SAUDE, modelo/versão MS-08.006-A. **Produto com REGISTRO ANVISA 80881050004**. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no arquivo/Manual no site: <https://www.medisaude.ind.br/produtos/poltrona-hemodialise-e-doador-de-sangue-eletrica>. Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar com braçadeira aço inox**, haja vista, que no site está opcional. **Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **40** –CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - ME– conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO da marca XIAMEN, modelo/versão XIAMEN. **Produto com REGISTRO ANVISA 80901110012**. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no arquivo/Manual no site: <https://www.cirurgicaceron.com.br/medicos/resgate-e-salvamento/reanimador-manual-reutilizavel-adulto>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **41** –CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - ME– conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL da marca XIAMEN, modelo/versão XIAMEN. **Produto com REGISTRO ANVISA 80901110012**. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no arquivo/Manual no site: <https://www.cirurgicaceron.com.br/medicos/resgate-e-salvamento/reanimador-manual-reutilizavel-adulto>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **42** –AC EMPREENDEMENTOS E NEGOCIOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. RESFRIADOR RÁPIDO PARA LACTÁRIO da marca SUCK MILK, modelo/versão SUCK MILK. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA**. No que se refere às

especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no arquivo/Manual no site: <https://suckmilk.com.br/catalogo-de-equipamentos-para-laticinios-suck-milk/>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em desacordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, pois, trata de resfriador de leite bovino.** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 42 –CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. RESFRIADOR RÁPIDO PARA LACTÁRIO da marca GRUNOX, modelo/versão 500L. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no site: <https://www.grunox.com.br/categorias/hospitalar/>.

Dado o exposto, informamos que não podemos analisar, haja vista, que não apresenta o equipamento supracitado **com a especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR).** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 43 –CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. SELADORA da marca REGISTRON, modelo/versão RG100S. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no site: <https://www.registron.com.br/seladoras/seladora-automatica/dosadora-e-seladora-automatica-rg-fz500-rg-1000s>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde embalagem de papel grau cirúrgico,** diferente do Termo de Referência (TR) que solicita embalagem de papel grau cirúrgico e Tyvek. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item 43 –BAUMER S/A – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. SELADORA da marca BAUMER, modelo/versão SB-650-N. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no prospecto/catálogo no site do fabricante: https://www.baumer.com.br/produtos/seladoras_e_acessorios.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **44** –CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA– conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. SERRA PARA GESSO da marca OSCILAN, modelo/versão J02. **Produto com REGISTRO ANVISA 80112559001.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no arquivo/Manual no site: <http://oscilan.com.br/pagina.asp?pagina=nossos-produtos>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da QUINTA CLASSIFICADA ao item **45** –SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. SUPORTE DE HAMPER da marca SALUTEM, modelo/versão S 1160-3. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no arquivo/Manual no site: <https://loja.salutemhospitalares.com.br/suporte-para-saco-hamper-inox-salutem-hospitalares>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da QUARTA CLASSIFICADA ao item **46** –FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. SUPORTE DE SORO da marca MEDI SAÚDE, modelo/versão MS-22.004. **Produto com REGISTRO ANVISA 80881050012.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no arquivo/Manual no site: <https://www.medisaude.ind.br/produtos/suporte-de-soro-inox-regulavel-com-roda>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **47** –HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. TRANSILUMINADOR CUTÂNEO -VENOSCÓPIO da marca ORTHO PAUHER, modelo/versão VENÓSCOPIO. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA, Classificação baixo Risco.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no prospecto/catálogo, anexo.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde Alimentação: 2 pilhas AAA** diferente do Termo de Referência (TR) que solicita Através de bateria interna recarregável. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 47 –CEDUC TREINAMENTOS, ASSESSORIAS E COMERCIO DE LIVROS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. TRANSILUMINADOR CUTÂNEO - VENOSCÓPIO da marca ORTHO PAUHER, modelo/versão YHM03. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA, Classificação baixo Risco.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no prospecto/catálogo, anexo.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde Alimentação: 2 pilhas AAA** diferente do Termo de Referência (TR) que solicita Através de bateria interna recarregável. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item 47 –CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. TRANSILUMINADOR CUTÂNEO-VENOSCÓPIO da marca DUAN, modelo/versão IV PLUS. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA, Classificação baixo Risco.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no prospecto/catálogo, anexo.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está desacordo com determinada especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), onde Alimentação: 2 pilhas AAA** diferente do Termo de Referência (TR) que solicita Através de bateria interna recarregável. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da QUARTA CLASSIFICADA ao item 47 –AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. TRANSILUMINADOR CUTÂNEO-VENOSCÓPIO da marca VENO LIGHT PLUS MARTEC, modelo/versão FLEBOSCÓPIO VENO LIGHT PLUS. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA, Classificação baixo Risco.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto na descrição do site: <https://www.montserratshop.com.br/fleboscopia-veno-light-plus-preto-martec>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência (TR), entretanto, deverá entregar conforme o Termo de Referência (TR).** **Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 48 –AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO da marca CMOS DRAKE, modelo/versão VENTILADOR PULMONAR RUAH. **Produto com REGISTRO ANVISA 80058130025.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no manual no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351346977202073/numeroRegistro=80058130025>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está em desacordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência (TR), pois, **não atende neonatal (pág.21 do manual)**. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 48 –CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO da marca KTK, modelo/versão MICROTAK TOTAL. **Produto com REGISTRO ANVISA 80058130025.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no manual no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351536617201572/?numeroRegistro=10229820109>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está em desacordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência (TR), pois, **não possui ventilação com pressão controlada (pág.10 do manual)**. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item 48 –INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO da marca INTERMED, modelo/versão IX5. **Produto com REGISTRO ANVISA 10243240052.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do produto no manual no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351315180201163/?numeroRegistro=10243240052>.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deverá entregar conforme modelo proposto e com os acessórios. Logo, fica sugerida a classificação ao pleito.**

Maria Rosiany Anute de Souza
Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos-NUCAE
Portaria Nº 332 de 18/7/2023
Parecerista Técnica-SESACRE



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ROSIANY ANUTE DE SOUZA, Enfermeiro Parecerista**, em 15/02/2024, às 14:46, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **9916637** e o código CRC **30847874**.
