



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
- <http://saude.ac.gov.br>

PARECER Nº 50/2024/SESACRE-NUCAE/SESACRE-DIVAIN/SESACRE-DEPIS/SESACRE-DEPEP/SESACRE-DIGSUS
PROCESSO Nº 0019.014994.00003/2023-07
INTERESSADO: DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ASSUNTO: Parecer do Pregão Eletrônico Nº 539/2023. Processo Administrativo: 0019.014994.00003/2023-07.

PARECER TÉCNICO

Pregão Eletrônico Nº 539/2023.

Processo Administrativo: 0019.014994.00003/2023-07

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar o Hospital Regional do Juruá, através das Portarias 1611/2020 e 978/2020, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.

Data da análise: 1 de abril de 2024.

Parecerista: Maria Rosiany Anute de Souza.

Considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Portaria Nº 332, de 18 de julho de 2023, no Diário Oficial Nº 13.577 de 20/07/2023- Caderno Único, no qual institui a Comissão de Pareceristas Técnicos e define a Área Técnica de Equipamentos Médicos e Hospitalares no Inciso I do Artigo 2º.

E mediante o exposto no processo virtual e documentos digitalizados, disponível no sistema **Comprasnet**, endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, atalho CONSULTAS / PREGÕES / EM ANDAMENTO, dados do formulário Situação: TODAS, **Pregão Eletrônico Nº 539/2023**, direcionado a **ANALISAR AS DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS E PROPOSTAS, informa-se quanto às propostas apresentadas:**

Parecer técnico emitido pelo Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos (NUCAE), com o objetivo de auxiliar o Pregoeiro e equipe de apoio no julgamento das propostas de preços apresentadas pelos licitantes concorrentes classificados provisoriamente em primeiro lugar em cada item. Essa análise tem como objetivo atestar a compatibilidade dos produtos ofertados pelos licitantes concorrentes, com as características estabelecidas no edital para cada item pertinente, usando parâmetros técnicos objetivos.

Conforme solicitado pelo setor de Licitações, apresentamos as considerações referente às propostas apresentadas no Pregão Eletrônico 539/2023, que seguem levantadas com respectivo ateste nos itens:

Para o **item 1**: O licitante BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., apresentou equipamento Banho Maria, da **marca** GLOBAL EQUIPAMENTOS e **modelo/versão** GTBMP-16.

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise através do site da marca do produto: <https://www.globaltradebr.com.br/global-equipamentos>. *Acesso:* 14/3/2024.

A proposta não atende no item 7. E sub item 7.4. As empresas licitantes deverão apresentar Certificado de Registro dos equipamentos ofertados no Ministério da Saúde (ANVISA), ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do Registro do Produto. Uma vez o registro expirado, o licitante deverá apresentar uma cópia da sua renovação, juntamente com uma cópia do registro vencido, **nos itens 1 a 33**.

Após análise da proposta, solicitamos o Registro Anvisa, informação para verificar se o produto satisfaz ao requerido no edital.

Para o **item 1**: O licitante S. F. SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA., apresentou equipamento Banho Maria, da **marca** SOLIDSTEEL e **modelo/versão** 20 LITROS. **Produto com REGISTRO ANVISA 82095020001**.

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise através do site da marca do produto: <https://www.solidsteel.com.br/banhos>. *Acesso:* 14/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, os opcionais descrito no catálogo é obrigatório, conforme as especificações/parâmetros editalicias.

Para o **item 4**: O licitante LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., apresentou equipamento Autorefrator com Ceratômetro, da **marca** LUXVISION e **modelo/versão** LRK-7000. **Produto com REGISTRO ANVISA 80102512140**.

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise através do site da ANVISA : <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351609676201841/numeroRegistro=80102512140>. *Acesso:* 18/3/2024.

A **proposta atende**, conforme as especificações/parâmetros editalicias.

Para o **item 5**: O licitante V. S. COSTA & CIA LTDA., apresentou equipamento Biombo Plumbífero, da **marca** ARTAMED e **modelo/versão** ARTMED-ART 033A. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise através no site da fabricante: <https://www.artmed.ind.br/produto/ART-033>. *Acesso:* 18/3/2024.

A **proposta não atende**, haja vista, que as dimensões estão diferentes das especificações/parâmetros editalicias. Apresenta: **Dimensões aproximadas: 0,80 x 0,60 x 1,80m (C x L x A)**.

Para o **item 5**: O licitante CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, apresentou equipamento Biombo Plumbífero, da **marca KONEX** e **modelo/versão 210X80**. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise através no site da fabricante: <https://www.konex.com.br/produtos/detalhes/146/>. *Acesso:* 18/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias.

Para o **item 6**: O licitante HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, apresentou equipamento Lâmpada de Fenda, da **marca CHONGQING KANGHUARUI** e **modelo/versão SLM 1ER**. **Produto com REGISTRO ANVISA 81253550001.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Não foi realizado análise, haja vista, que no site da ANVISA e em pesquisa no google não consta nenhum catálogo/prospecto que possa comprovar e verificar se as especificações/parâmetros que corresponde os descritivos editalícios.

Após análise da proposta, solicitamos o catálogo/prospecto, informação para verificar se o produto satisfaz ao requerido no edital.

Para o **item 6**: O licitante LINHA MÉDICA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, apresentou equipamento Lâmpada de Fenda, da **marca RIGHT** e **modelo/versão NS2D**. **Produto com REGISTRO ANVISA 80039209010.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no prospecto anexo a proposta do licitante.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias.

Para o **item 7**: O licitante ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA, apresentou equipamento Aparelho de Laser para Oftalmologia, da **marca MERIDIAN MRQ** e **modelo/versão YAG LASER MRQ**. **Produto com REGISTRO ANVISA 80192010078.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no prospecto anexo a proposta do licitante e site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351757907202047/numeroRegistro=80192010078>. *Acesso:* 20/3/2024

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias com mesa elétrica e demais.

Para o **item 8**: O licitante LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA, apresentou equipamento Tonometro, da **marca HUVITZ** e **modelo/versão HNT-1**. **Produto com REGISTRO ANVISA 80102512229.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no prospecto anexo a proposta do licitante e site da ANVISA:

20/3/2024

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias.

Para o **item 9**: O licitante W.E.V COMERCIAL LTDA, apresentou equipamento Bicicleta Ergométrica Vertical, da **marca** EVOLUTION FITNESS e **modelo/versão** EVOLUTION FITNESS B1002. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site do fabricante: <https://evolutionfitness.com.br/produtos/bicicleta-ergometrica-b1002>/Acesso: 20/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme o modelo B-1002, pois, apresenta as especificações/parâmetros editalícias.

Para o **item 10**: O licitante A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, apresentou equipamento Exercitador de mãos e dedos, da **marca** ACTE e **modelo/versão** T117-LEVE. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site do fabricante: <https://www.actesports.com/nossos-produtos/hand-grip-master-t117-acte-sports/>/Acesso: 20/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme o modelo T-117-Leve, pois, apresenta as especificações/parâmetros editalícias.

Para o **item 11**: O licitante A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, apresentou equipamento Aparelho TENS/FES, da **marca** IBRAMED e **modelo/versão** NEURODYN II. **Produto com REGISTRO ANVISA 10360310012.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no site da ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351071464200483/numeroRegistro=10360310012>/Acesso:

20/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias.

Para o **item 12**: O licitante A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, apresentou equipamento Aparelho de Ultrassom, da **marca** IBRAMED e **modelo/versão** SONOPULSE III. **Produto com REGISTRO ANVISA 10360310025.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no

site da ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351054623200817/numeroRegistro=10360310025>/Acesso:

21/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias e acessórios.

Para o **item 13**: O licitante RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA, apresentou equipamento Aparelho de Anestesia, da **marca** MINDRAY e **modelo/versão** WATO EX-65 PRO. **Produto com REGISTRO ANVISA 80102510773.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351347445200984/?numeroRegistro=80102510773> Acesso: 21/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias e acessórios.

Para o **item 14**: O licitante CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, apresentou equipamento Armário Vitrine, da **marca** ORTOMED e **modelo/versão** OM 101.3. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site do fabricante: <https://ortomedmoveis.com.br/produtos/armario-vitrine-2-portas/>. Acesso: 21/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme o modelo OM 101.3, pois, apresenta no site como opcional.

Para o **item 15**: O licitante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, apresentou equipamento Balança Tipo Plataforma, da **marca** LIDER BALANÇAS e **modelo/versão** B530. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA e certificação do INMETRO.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site do fabricante: <https://www.liderbalancas.com.br/produtos/balanca-de-coluna-com-rolete-b530/>. Acesso: 21/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme o descritivo em **aço inoxidável**, pois, no site do fabricante apresenta **estrutura e plataforma em aço carbono ou em aço inoxidável* 304**. Entretanto, nas especificações/parâmetros editalícias solicita em **plataforma confeccionada em aço inoxidável, estrutura confeccionada em aço inoxidável e coluna em aço inoxidável**.

Para o **item 16**: O licitante LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, apresentou equipamento Balde a Pedal, da **marca** LIDER BALANÇAS e **modelo/versão** B530. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site do fabricante: <https://www.reislixerias.com.br/produto/lixadeira-inox-c-pedal-e-balde-elegance-20-litros/> Acesso: 21/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme o descritivo em **aço inoxidável**, conforme as especificações/parâmetros editalícias.

Para o **item 17**: O licitante LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, apresentou equipamento Cadeira de rodas, da **marca** ORTOMOBIL e

modelo/versão MA3 SLIM. Produto com REGISTRO ANVISA 81470860002 e certificação do INMETRO.

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351359655201734/numeroRegistro=81470860002> Acesso: 21/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias e acessórios.

Para o **item 18**: O licitante SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, apresentou equipamento Cadeira de rodas, da **marca DELLAMED e modelo/versão OBESO. Produto com REGISTRO ANVISA 80795950032 e certificação do INMETRO.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351205732202178/numeroRegistro=80795950032>. Acesso: 25/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias.

Para o **item 19**: O licitante LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, apresentou equipamento Cadeira de rodas Pediátrica, da **marca ORTOMOBIL e modelo/versão MA3 SLIM. Produto com REGISTRO ANVISA 81470860002 e certificação do INMETRO.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351359655201734/numeroRegistro=81470860002>. Acesso: 25/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias e acessórios.

Para o **item 20**: O licitante MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, apresentou equipamento Cama Hospitalar Mecânica, da **marca Medi-Saúde e modelo/versão MS- 10.200. Produto com REGISTRO ANVISA 80881050014 e certificação do INMETRO.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351448852202087/numeroRegistro=80881050014>. Acesso: 25/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, no manual (anexo no site da ANVISA, pag.,10), as especificações do modelo apresentado oferta em aço inox/ poliuretano como opcionais. Porém, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias que solicita em poliuretano/aço inox e acessórios.

Para o **item 21**: O licitante LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, apresentou equipamento Carro de Emergência, da **marca** MEDISAUDE e **modelo/versão** MS-03.002. **Produto com REGISTRO ANVISA 80881050008 (cancelado 5/2/2024) e certificação do INMETRO.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site do fabricante: <https://medisaude.ind.br/produtos/carrodemedicamentosbeiradeleitos>. Acesso: 25/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, no site as especificações do modelo apresentado oferta em Tampo pintado ou inox ou termoplástico. Porém, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias que solicita em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e tampo confeccionado em aço inoxidável.

Para o **item 22**: O licitante RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, apresentou equipamento Carro Maca, da **marca** RC Móveis e **modelo/versão** RC 324. **Produto com REGISTRO ANVISA 80316080018.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351557022201589/numeroRegistro=80316080018>. Acesso: 25/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias e acessórios.

Para o **item 23**: O licitante REVINOX COMERCIO E INSTALACAO LTDA, apresentou equipamento Carro de Transporte de Materiais Diversos, da **marca** REVINOX e **modelo/versão** CTM500/NACIONAL. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

A **proposta atende**, entretanto, no site : <https://www.revinox.com.br/produto>. Acesso: 25/3/2024. Não evidenciado o modelo ofertado, mas verificado que existe modelo em aço inoxidável. Deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias.

Para o **item 24**: O licitante ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES, apresentou equipamento Carro Térmico, da **marca** GP/IMP e **modelo/versão** TÉRMICO. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

A **proposta não atende**, haja vista, modelo apresentado a estrutura não é construído em aço inoxidável AISI 304.

Para o **item 24**: O licitante CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA, apresentou equipamento Carro Térmico, da **marca** GRUMED e **modelo/versão** CTG. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. A **proposta**

atende, entretanto, no site: <https://www.grumed.com.br/produtos/carro-termico/>. Acesso: 25/3/2024.

Não evidenciado o modelo ofertado, mas verificado que existe modelo em aço inoxidável e as especificações/parâmetros editalícias. Deverá entregar conforme a proposta.

Para o **item 25**: O licitante RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA, apresentou equipamento Desfibrilador Externo Automático, da **marca** MINDRAY e **modelo/versão** UMED20. **Produto com REGISTRO ANVISA 80943610142**.

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351564604202163/numeroRegistro=80943610142>. Acesso: 25/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias e acessórios.

Para o **item 26**: O licitante RTM EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA, apresentou equipamento Lavadora de Roupa Extratora Hospitalar, da **marca** ALIANÇA e **modelo/versão** LEXDS 100 NACIONAL. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA**.

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site do fabricante do produto: <https://aliancafab.com.br/produto/lavadora-extratora-frontal/>. Acesso: 26/3/2024.

A **proposta atende**, não evidenciado o modelo ofertado, mas verificado que existe modelo com as especificações/parâmetros editalícias. Deverá entregar conforme a proposta, pois, no descritivo do site refere manual ou automática. Haja vista, que solicita automática.

Para o **item 27**: O licitante BAUMER S/A, apresentou equipamento Lavadora Termodesinfetadora, d a **marca** BAUMER e **modelo/versão** TW-E2000-287P. **Produto com REGISTRO ANVISA 10345500051**.

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351008126200596/numeroRegistro=10345500051/>. Acesso: 26/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias e acessórios.

Para o **item 28**: O licitante BAUMER S/A, apresentou equipamento Lavadora Ultrassonica, da **marca** BAUMER e **modelo/versão** E0201-042. **Produto com REGISTRO ANVISA 10345500102**.

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351551777201119/numeroRegistro=10345500102>. Acesso:

26/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias e acessórios.

Para o **item 29**: O licitante MAKE LINE COMERCIAL LTDA, apresentou equipamento Medidor de Cuff, da **marca ERKA** e **modelo/versão 25CUFF**. **Produto com REGISTRO ANVISA 10273820068**.

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351109926201929/numeroRegistro=10273820068>. Acesso:

26/3/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias e acessórios.

Para o **item 30**: O licitante KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, apresentou equipamento Mesa Cirúrgica, da **marca KSS** e **modelo/versão VISION T4**. **Produto com REGISTRO ANVISA 10273820068**.

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351590527201711/numeroRegistro=10242640033>. Acesso:

1/4/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias e acessórios.

Para o **item 31**: O licitante CASA MARTINS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS MOBILIARIOS LTDA, apresentou equipamento Mesa de Cabeceira com Bandeja de Refeição Acoplada, da **marca MARTINS INDUSTRIA** e **modelo/versão MI-10114**. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA**.

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

A **proposta não atende**, não evidenciado o modelo ofertado em site, apenas menciona imagem ilustrativa, que apresenta aço carbono.

Para o **item 31**: O licitante SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, apresentou equipamento Mesa de Cabeceira com Bandeja de Refeição Acoplada, da **marca SALUTEM** e **modelo/versão MESA PARA REFEIÇÃO**. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA**.

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

A **proposta não atende**, evidenciado o modelo ofertado em site: <https://loja.salutemhospitales.com.br/mesa-para-refeicao-acoplada-em-mdf-salutem-hospitales>. Acesso: 26/3/2024. O modelo apresenta em MDF.

Para o **item 31**: O licitante J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,

apresentou equipamento Mesa de Cabeceira com Bandeja de Refeição Acoplada, da **marca** MEDI SAÚDE e **modelo/versão** MS-17.002-REF A. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

A **proposta não atende**, não evidenciado o modelo ofertado em site, solicitamos informação para verificar se o produto satisfaz ao requerido no edital.

Para o **item 32**: O licitante SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, apresentou equipamento Mesa Semicircular, da **marca** DESTAK e **modelo/versão** V. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no site: <https://www.dormed.com.br/mesa-semi-circular-inox-120x40x80cm-c-rodizios-destak->. Acesso:1/4/2024.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias em aço inoxidável, com código **MES130121009**, pois, apresenta em aço inoxidável.

Para o **item 33**: O licitante LABNORTE CIRURGICA E DIAGNÓSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, apresentou equipamento Oxímetro de Portátil de Dedo, da **marca** STRAMEDICAL e **modelo/versão** BM 1000. **Produto com REGISTRO ANVISA 80680259017.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no prospecto do fabricante.

A **proposta atende**, entretanto, deve entregar conforme as especificações/parâmetros editalícias.

Maria Rosiany Anute de Souza

Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos-NUCAE

Portaria Nº 332 de 18/7/2023

Parecerista Técnica-SESACRE



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ROSIANY ANUTE DE SOUZA, Enfermeiro Parecerista**, em 01/04/2024, às 11:00, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0010404392** e o código CRC **F8AC00ED**.



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
Telefone: - <http://saude.ac.gov.br>

JUSTIFICATIVA Nº 6/2024/SESACRE-NUCAE
PROCESSO Nº 0019.014994.00003/2023-07
INTERESSADO: DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ASSUNTO: JUSTIFICATIVA.

A Sua Senhoria, Senhor

Raimundo Nonato da Silva Nolasco

Gerente de Divisão de Compras e Licitação

Pregão Eletrônico Nº 539/2023.

Processo Administrativo: 0019.014994.00003/2023-07

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar o Hospital Regional do Juruá, através das Portarias 1611/2020 e 978/2020, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.

Considerando que o Parecer Técnico referente ao item 3-Videoendoscópio, depende do profissional habilitado/qualificado, que manuseia diretamente ao equipamento supramencionado, que profissional ainda está emitindo o parecer, e como os demais itens já foram analisados. Portanto, segue o Parecer Nº50, e posteriormente, será enviado o parecer referente ao item-3.

Maria Rosiany Anute de Souza

Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos-NUCAE

Portaria Nº 332 de 18/7/2023

Parecerista Técnica-SESACRE



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ROSIANY ANUTE DE SOUZA, Enfermeiro Parecerista**, em 23/04/2024, às 10:14, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0010688813** e o código CRC **4F318748**.

**Aviso** 26/04/2024 10:41:23

Senhores Licitantes. Em atenção ao Pregão Eletrônico nº 539/2023 – COMPRASNET, informamos que recebemos o parecer técnico emitido pelo Órgão solicitante, e marcamos a data da reabertura do certame para o dia 30/04/2024, às 10:30 horas (Brasília). Estejam todos conectados na data e horário informados.

Fechar