



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

1ª NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 168/2026 - COMPRASGOV N.º 90168/2026 N.º
0000504/2026

1ª NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 168/2026 - COMPRASGOV N.º 90168/2026

OBJETO: Registro de preços para aquisição de kit curativo a vácuo, com fonte de vácuo em regime de comodato, para atender as necessidades do Hospital de Urgência e Emergência - HUERB, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

A Divisão de Pregão - DIPREG comunica aos interessados que o processo licitatório acima mencionado teve Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, n.º 14.260, de 06/05/2026; no Jornal Opinião, de 06/05/2026; e no Diário Oficial da União, Seção 3, n.º 85, de 08/05/2026. A contratação também foi divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP em 06/05/2026, sob o Edital n.º 90168/2026.

Posteriormente, em razão de pedido de esclarecimento e adequação técnica pendente de resposta do órgão demandante, o certame foi suspenso, conforme Aviso de Suspensão publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, n.º 14.271, de 21/05/2026; no Jornal Opinião, de 21/05/2026; e no Diário Oficial da União, Seção 3, n.º 95, de 22/05/2026, bem como divulgado nos sítios www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br, UASG 927996. Assim, NOTIFICA, conforme abaixo:

0.1. NOTIFICAÇÃO

0.1.1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E ADEQUAÇÃO TÉCNICA - A

Resumo do pedido: a empresa A, solicitou esclarecimento e adequação técnica do descritivo do Item 01 do Grupo 1, relativo a material para terapia por pressão sub atmosférica - vácuo/esponja de poliuretano. Alegou inconsistência funcional no item por prever conector em Y com presilha para unir dois ou mais curativos, mas não prever conectores/interfaces adicionais tipo port ou soft port compatíveis com a espuma de poliuretano. Sustentou que a omissão poderia gerar interpretações distintas, propostas incomparáveis e necessidade de abertura de kit adicional para obtenção da segunda interface, requerendo suspensão preventiva, resposta formal e adequação do descritivo.

0.1.1.1. RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE - SESACRE

Em atenção ao pedido de Esclarecimento da empresa A, analisando os apontamentos sobre o fato do descritivo não exigir o fornecimento de "conector em Y com interfaces", não encontramos necessidade de aquisição de conectores adicionais, tendo em vista já conter os insumos necessários contidos na descrição do kit solicitado: "conector em Y com presilha para unir dois ou mais curativos".

Destarte, **INDEFERIMOS** a solicitação de alteração da descrição, certos da isonomia do processo em questão.

Respondido por: Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria n.º 332, de 18 de julho de 2023, Enfermeiro. Documento assinado eletronicamente em 25/05/2026, às 11:31.

0.2. DISPOSIÇÕES

0.2.1. Considerando o indeferimento da solicitação de alteração do descritivo, não há retificação do edital em razão do pedido analisado.

0.2.2. As demais informações constantes do Edital e seus Anexos continuam inalteradas.

0.2.3. A retirada do Edital ficará disponível a partir do dia 09/07/2026, nos meios oficiais de divulgação do certame.

0.2.4. A abertura da sessão pública fica designada para o Dia 24/07/2026.

Rio Branco - AC, 07 de julho de 2026

Francisco Alves de Souza Neto

Pregoeiro da Divisão de Pregão - DIPREG

Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos - SELIC



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO**, em 07/07/2026, às 12:53, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador CP437811 97618136 C86B3066 4571D428 e código CRC 1729B9