



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064  
- <http://saude.ac.gov.br>

**PARECER Nº** 38/2026/SESACRE-NUCAE/SESACRE-DIVAIN/SESACRE-DEPIS/SESACRE-  
DEPEP/SESACRE-DIGSUS  
**PROCESSO Nº** 0019.015125.00121/2025-52

**PARECER TÉCNICO**

**Pregão Eletrônico SRP nº 624/2025**

**Processo Administrativo: 0019.015125.00121/2025-52**

**Objeto:** *Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as Regionais de Saúde (Baixo Acre/Purus, Alto Acre e Juruá/Tarauacá - Envira), no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE.*

**Data da análise:** 22 de junho de 2026.

**Parecerista:** Greicywanny Lourenço Maia

Considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Portaria Nº 332, de 18 de julho de 2023, no Diário Oficial Nº 13.577 de 20/07/2023- Caderno Único, no qual institui a Comissão de Pareceristas Técnicos e define a Área Técnica de Equipamentos Médicos e Hospitalares no Inciso I do Artigo 2º e mediante o exposto no processo virtual e documentos digitalizados, disponível no Sistema Eletrônico de Informação, no Processo Administrativo: 0019.015125.00121/2025-52 - Pregão Eletrônico SRP nº 624/2025 - ComprasGov nº 90624/2025 com pedido para análise e emissão de Parecer Técnico:

**Item 05 – Cadeira de Rodas Obeso – tamanho 55 cm – PLG DISTRIBUIDORA, sei 0021378778.**

Análise e parecer da proposta apresentada para cadeira de rodas obeso, marca/modelo: **PRAXIS FRANKFURT Ref. 1052 – Tam. 18** -. Registro Anvisa: 10335100048. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/q/?numeroRegistro=10335100048>. Acesso: 22.06.2026.

Análise foi realizada com base na documentação técnica apresentada e nas informações disponíveis no sistema de consulta da ANVIVA.

O edital exige cadeiras de rodas com **largura de assento de 55 cm**. Entretanto, a proposta apresentada refere-se ao modelo **Frankfurt (Série Europa)**, marca **Praxis, Ref. 1052 (Tam. 18”)**, cuja largura de assento corresponde a aproximadamente 46 cm, conforme especificações técnicas do fabricante. Identificado através do site da fabricante, na seção de opções.

Diante do exposto, o equipamento descrito pelo licitante não atende às especificações técnicas exigidas pelo edital, **sugerimos que o referido licitante não está apto a concorrer ao certame.**

**Item 06 – Cadeira Roda para Banho Adulto – tamanho 46 cm – PLG DISTRIBUIDORA, sei 0021378778.**

Análise e parecer da proposta apresentada para cadeira rodas para banho adulto, marca/modelo: **SUPERMEDY SUPER SLIM**. Registro Anvisa: 80499940085. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351219591202502/?numeroRegistro=80499940085>. Acesso: 22.06.2026.

Análise foi realizada com base na documentação técnica apresentada e nas informações disponíveis no sistema de consulta da ANVIVA.

O edital exige cadeiras de rodas com **Encaixe no vaso sanitário** e **Apoio de braços: escamoteável** e anatômico.

Entretanto, a proposta apresentada refere-se ao modelo/marca **SUPERMEDY SUPER SLIM**, não há qualquer indicação na documentação técnica ou nas especificações do fabricante de que o equipamento possua **sistema de encaixe em vaso sanitário** e tampouco há comprovação de que os **apoios de braços** sejam do **tipo escamoteável** e anatômico, conforme exigido no edital.

Diante do exposto, o equipamento descrito pelo licitante não atende às especificações técnicas exigidas pelo edital, **sugerimos que o referido licitante não está apto a concorrer ao certame.**

**Greicywanny Lourenço Maia**  
Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos/NUCAE  
Portaria Nº 332 de 18 /7/2023  
Parecerista Técnica



Documento assinado eletronicamente por **GREICYWANNY LOURENÇO MAIA, Enfermeiro Parecerista**, em 22/06/2026, às 13:05, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021464528** e o código CRC **F5EFF3B7**.

---

Referência: Processo nº 0019.015125.00121/2025-52

SEI nº 0021464528